

SLUŽBENA OZNAKA TIPA	M-2-11
----------------------	--------

Š I F R A	
-----------	--

VRSTA MJERILA	Vaga „precizna“ elektronska					
RAZ. TOČNOSTI	(11)					
MJERNI OPSEG	222 g – 300 kg (primo papir u prijam)					
PROIZVOĐAČ	„Sartorius“ Göttingen, Njemačka					
ODOBRENI TIPOVI	Nova oznaka	Max.	Min.	d	e	stara oznaka
	F 32000 s	325 kg	25 g	0,1 g	0,5 g	5708 MP8
	F 613	61 kg	250 g	1 g	5 g	5707 MP8
	F 150 s	151 kg	500 g	1 g	10 g	5503 MP8
	F 150 P	151 kg	500 g	12,5 g	10 g	—
	F 300 S	300 kg	1000 g	20 g	20 g	5501 MP8
	L 220 S	222 g	200 mg	1 mg	10 mg	1401 MP8
	L 420 S	424 g	200 mg	1 mg	10 mg	1401 MP8
	L 420 P	424 g	400 mg	1,25 mg	20 mg	1401 MP8
	L 610 D	610 g	1 g	1,10 mg	50 mg	1401 MP8
	L 310	310 g	1 g	10 mg	50 mg	1402 MP8
GLASNIK br/god/str	3/88/26					
PRI ISPITIVANJU TIPA MJERILO ZADOVOLJILO UVJETE PROPISANE PRAVILNIKOM ZA _____						
Odobrenje postoji u arhivi KM Zagreb				DA - <input checked="" type="radio"/> NE		

- nastavak na str. 2 -

SLUŽBENA OZNAKA TIPA	M-2-10				
Š I F R A					
VRSTA MJERILA					
RAZ. TOČNOSTI					
MJERNI OPSEG					
PROIZVOĐAČ					
ODOBRENI TIPOVI		<u>Max.</u>	<u>Min.</u>	<u>e</u>	<u>d</u>
	PM 4000	4100 g	5 g	0,1 g	0,01 g
	PM 4000	4100 g	5 g	0,1 g	0,1 g
	PM 6000	6100 g	50 g	1 g	0,1 g
	PM 6	6100 g	50 g	1 g	1 g
<i>i ostali</i>	PM 11	11000 g	50 g	1 g	0,1 g
<i>PM...</i>	PM 16	16000 g	50 g	1 g	0,1 g
	PM 30	30000 g	50 g	1 g	1 g
	PM 39	30000 g	50 g	1 g	1 g
GLASNIK br/god/str	1/87/55				
PRI ISPITIVANJU TIPA MJERILO ZADOVOLJILO UVJETE PROPISANE PRAVILNIKOM ZA _____ .					
Odobrenje postoji u arhivi KM Zagreb				<input checked="" type="radio"/> DA - <input type="radio"/> NE	

SLUŽBENA OZNAKA TIP A						
Š I F R A						
VRSTA MJERILA						
RAZ. TOČNOSTI						
MJERNI OPSEG	2					
PROIZVOĐAČ						
ODOBRENI TIPOVI	<i>Novi oznaka</i>	<i>Max</i>	<i>Min</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>Staro oznaka</i>
	1 12	12100g	50g	1g	1g	3305 MP8
	1 24000 P	24200g	50g	0,1,02; 0,5,1g	1g	1
	1 31	31 kg	50g	1g	1g	3226 MP8
	E1200 S	1220 g	1400 mg	1 mg	20 mg	1505 MP8
	E2000 D	2020 g	1g	1,10 mg	50 mg	1518 MP8
	E5500 S	5550 g	5g	10 mg	100 mg	1507 MP8
	E8100 P	8100 g	10g	10,20,50; 100 mg	200 mg	1
	E12000 S	12100 g	25g	100 mg	500 mg	1501 MP8
	U 3600	3640 g	25g	100 mg	500 mg	1501 MP8
GLASNIK br/god/str	3/88/26					
PRI ISPITIVANJU TIP A MJERILO ZADOVOLJILO UVJETE PROPISANE PRAVILNIKOM ZA _____						
Odobrenje postoji u arhivi KM Zagreb					DA	<input checked="" type="radio"/> NE

- nastavak na str. 4 -

SLUŽBENA OZNAKA TIPA							
Š I F R A							
VRSTA MJERILA							
RAZ. TOČNOSTI							
MJERNI OPSEG							
PROIZVOĐAČ							
ODOBRENI TIPOVI	<i>Nova oznaka</i>	<i>Max</i>	<i>Min</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>stara oznaka</i>	
	U 5000	500g	25g	10; 100 mg	500 mg	1113 MP8	
	U 6100	6100g	25g	100 mg	500 mg	1103 MP8	
	U 4600	4140g	25g	10; 20; 50; 100 mg	500 mg	1174 MP8	
	P 600	605g	5g	0,1g	0,1g	/	
	P 6	6050g	50g	1g	1g	/	
GLASNIK br/god/str		3/88/26					
PRI ISPITIVANJU TIPA MJERILO ZADOVOLJILO UVJETE PROPISANE PRAVILNIKOM ZA _____							
Odobrenje postoji u arhivi KM Zagreb						DA - (NE)	