

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SLUŽBENA OZNAKA TIPA | M-2-12 |
|----------------------|--------|

|           |  |
|-----------|--|
| Š I F R A |  |
|-----------|--|

|  |                                       |        |      |                                     |            |
|--|---------------------------------------|--------|------|-------------------------------------|------------|
| VRSTA MJERILA  | Vaga "precizna"<br>elektronska        |        |      |                                     |            |
| RAZ. TOČNOSTI  | ①                                     |        |      |                                     |            |
| MJERNI OPSEG   | 300 - 12000 g (prema tipu i pr. izg.) |        |      |                                     |            |
| PROIZVOĐAČ   | "PRECISA" - TEHNIČKA Zgrade           |        |      |                                     |            |
| ODOBRENI TIPOVI  |                                       | Max    | Min  | e d                                 |            |
|  | 100M-300C                             | 300g   | 1g   | 50mg                                | 1,10mg     |
|  | 1000C-3000D                           | 3000g  | 25g  | 500mg                               | 0,01; 0,1g |
|  | 600C                                  | 600g   | 1g   | 50mg                                | 0,01g      |
|  | 3000D                                 | 3000g  | 25g  | 500mg                               | 0,1g       |
|  | 6000D                                 | 6000g  | 25g  | 500mg                               | 0,1g       |
|  | 12000G                                | 12000g | 100g | 2g                                  | 1g         |
|  | 5000D-12000G                          | 12000g | 100g | 2g                                  | 1g         |
|  | 12000D                                | 12000g | 5g   | 1g                                  | 0,1g       |
| GLASNIK br/god/str   | 4/88/37                               |        |      |                                     |            |
| PRI ISPITIVANJU TIPA MJERILO ZADOVOLJILO UVJETE PROPISANE PRAVILNIKOM ZA _____ |                                       |        |      |                                     |            |
| Odobrenje postoji u arhivi KM Zagreb   |                                       |        | DA   | NE <input checked="" type="radio"/> |            |