

SLUŽBENA OZNAKA TIPa	M-2-15
----------------------	--------

Š I F R A	
-----------	--

VRSTA MJERILA	Vaga "precizna" Elektronska				
RAZ. TOČNOSTI	①				
MJERNI OPSEG	(prema prilogu)				
PROIZVOĐAČ	"Gottlieb" Ebingen, Njemačka				
ODOBRENI TIPOVI	keru	Max	Min.	d.	e
	822-21	165 g	200 mg	1 mg	10 mg
	822-23	225 g	200 mg	1 mg	10 mg
	822-61	110/310 g	200 mg	1/10 mg	10 mg
	822-31	310 g	200 mg	10 mg	10 mg
	822-33	620 g	1 g	10 mg	50 mg
	822-35	1650 g	5 g	10 mg	100 mg
	822-37	2250 g	5 g	10 mg	100 mg
	822-65	1010/3100 g	10 g	10/100 mg	200 mg
	822-41	3100 g	5 g	10 mg	100 mg
	822-42	6200 g	10 g	100 mg	200 mg
GLASNIK br/god/str	4/89/41				
PRI ISPITIVANJU TIPa MJERILO ZADOVOLJILO UVJETE PROPISANE PRAVILNIKOM ZA _____					
Odobrenje postoji u arhivi KM Zagreb				DA - <input checked="" type="radio"/> NE	

- nastavak na str. 2 -

SLUŽBENA OZNAKA TIPA		M-2-15			
Š I F R A					
VRSTA MJERILA					
RAZ. TOČNOSTI					
MJERNI OPSEG	2				
PROIZVOĐAČ					
ODOBRENI TIPOVI		Max	Min	d	e
	822-53	6200 g	50 g	1 g	1000 mg
	822-57	12400 g	100 g	1 g	2 g
	822-69	5050/12700g	100 g	0,01/1 g	2 g
	822-11	125 g	40 mg	0,1 mg	2 mg
	822-25	404 g	200 mg	1 mg	10 mg
	822-27	808 g	400 mg	1 mg	20 mg
	822-17	81/202g	100 mg	0,1/1 mg	5 mg
	822-39	4040 g	5 mg	10 mg	100 mg
	822-63	505/2020g	1 g	1/10 mg	50 mg
822-67	3030/6060 g	25 g	10/100 mg	500 mg	
GLASNIK br/god/str	4/89/41				
PRI ISPITIVANJU TIPA MJERILO ZADOVOLJILO UVJETE PROPISANE PRAVILNIKOM ZA _____					
Odobrenje postoji u arhivi KM Zagreb				DA	<input checked="" type="radio"/> NE