



СФРЈ — SFRJ

САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAGOCJENE KOVINE
ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLEMENITE KOVINE
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

БЕОГРАД — БЕОГРАД — БЕЛГРАД

Mike Alasa 14, pošt. fah 746, tel. 620-666, TELEX: 11020 YU YUZMBG

ОДОБРЕНЈЕ Br. 0214-4766/83

Na osnovu člana 171. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SFRJ», broj 32/78) i člana 31. Zakona o mernim jedinicama i merilima («Službeni list SFRJ», broj 13/78 i 74/80), na zahtev: LIBELA-CELJE, OOUR SERVIS ZRENJANIN

i na osnovu izvršenog tipskog ispitivanja, izdaje se Odobrenje na osnovu koga se mogu podnositi na pregled merila:

- A. NAZIV MERILA: ELEKTRONSKA VAGA KLASA TAČNOSTI (II)
- B. TIP MERILA: 1507 MP8
- C. PROIZVOĐAČ MERILA: SARTORIUS GOETTINGEN SRN
- D. NAMENA MERILA: MERENJE MASE DO 5.500 g
- E. SLUŽBENA OZNAKA MERILA: M-2-4

Na osnovu ovog odobrenja, na pregled se može podneti: neograničen broj
komada ovog tipa merila, sledećih serijskih brojeva: ./.

Tipskim ispitivanjem, koje je obavljeno u skladu sa Pravilnikom o načinu na koji se vrši tipsko ispitivanje merila («Službeni list SFRJ», broj 29/76), utvrđeno je da je merilo iz stava 1. ovog odobrenja podesno za upotrebu u javnom saobraćaju.

Odobrenje je radjeno na osnovu Pravilnika o metrološkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I) i (II), («Službeni list SFRJ», br. 6/78).

Ovo odobrenje će biti objavljeno u »Glasniku« Saveznog zavoda za mere i dragocene metale.

Sastavni deo ovog odobrenja čini Prilog sa merno-tehničkim karakteristikama merila i načinom pregleda i žigosanja.

Naknada za tipsko ispitivanje merila je naplaćena prema Odluci o visini i načinu plaćanja troškova za pregled i tipsko ispitivanje merila («Službeni list SFRJ», broj 63/79).

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog odobrenja može se izjaviti žalba Saveznom izvršnom veću, preko Saveznog zavoda za mere i dragocene metale, u roku od 15 dana od dana dostavljanja Odobrenja. Žalba ne zadržava izvršenje Odobrenja.

Taksa po tarifnom broju 1. i 10. Zakona o tarifi saveznih administrativnih taksa («Službeni list SFRJ», broj 5/82), u iznosu od 8,00 i 30,00 dinara, za rad saveznih organa, naplaćena je od podnosioca zah-teva i poništena.

CO:

1. Metrološko-razvojnem sektoru (2 primerka),
2. Kontrolno-inspekcijskom sektoru (2 primerka),
3. Kontrolama mera i dragocenih metala,
4. Ovlašćenim organizacijama udruženog rada,
5. Birou za informatiku (za »Glasnik« — 6 primeraka),
6. Pisarnici Zavoda.

BEOGRAD, 20.09. 1983.

DIREKTOR

Milislav Vojičić, dipl. ecc.



1. MERNO TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MERILA

- 1.1. Klasa tačnosti II
- 1.2. Max merenje 5500 g.
- 1.3. Min. merenje 5 g.
- 1.4. Ispitni podeljak (e) 0,1 g.
- 1.5. Najmanji podeljak 0,01 g.
- 1.6. Opseg tare 5500 g.
- 1.7. Radni temperaturni uslovi od 0°C do + 40 °C
- 1.8. Granica dopuštene greške za temperaturne promene $\pm 5^{\circ}\text{C}$ iznosi:
 - od 5 g do 500 g + 0,05 g
 - od 500 g do 2000 g $\pm 0,1$ g
 - od 2000 g do 5500 g $\pm 0,15$ g.
- 1.9. Merilo je zasnovano na principu magneta i indukcije čije se dejstvo meri i izkazuje preko AD pretvarača i mikro procesora.
- 1.10. Natpisi i oznake:
 - proizvođač: SATRORIUS
 - tip vage: 1507 MP8
 - klasa tačnosti: II
 - ispitni podeljak (e) 0,1 g
 - Min. merenje 5 g
 - Max. merenje 5500 g.
 - službena oznaka: M-2-4

2. NAČIN PREGLEDA I ŽIGOSANJA

- 2.1. Podešavanje i ispitivanje vrši se na mestu upotrebe kontrolnim tegovima klase tačnosti F_1 saglasno Pravilniku o metrološkim uslovima za tegove ("Službeni list SFRJ", br. 12/80), kao i Pravilnika o metrološkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti I i II ("Službeni list SFRJ", br. 6/78).
- 2.2. Žigosanje se vrši nalepnicom prema tački 9. Naredbe o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova koji se upotrebljavaju pri pregledu merila ("Službeni list SFRJ", br. 51/76). Nalepnica se stavlja na vidno mesto sa prednje strane vage.