



САВЕЗНИ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
SAVEZNI ZAVOD ZA MJERE I DRAGOCJENE KOVINE
ZVEZNI ZAVOD ZA MERE IN PLEMENITE KOVINE
СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА МЕРИ И СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ

Бр. 0214-1970

Бр. _____

Шт. 22.04. 5.

_____ 198— год./god./let.

11000 БЕОГРАД—BEOGRAD—БЕЛГРАД

Mike Alasa 14, pošt. fah 746, tel. 183-736

TELEX: 11020 YU YUZMBG

СД/МН

Na osnovu člana 202. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni list SFRJ", broj 32/78) i člana 36. stav 1. Zakona o mernim jedinicama i merilima ("Službeni list SFRJ", broj 9/84), na zahtev: RO za spoljnu trgovinu "JUGOELEKTRO", Knez Mihailova 33, donosi se

R E Š E N J E

o odobrenju tipa merila

1. Odobrava se da se mogu podnositi na pregled merila:
 - A. NAZIV MERILA: vaga klase tačnosti (II),
 - B. OZNAKA TIPa MERILA: 1303 ool,
 - C. PROIZVODJAČ MERILA: SARTORIUS, SR Nemačka,
 - D. NAMENA MERILA: precizno merenje mase u procesu rada
 - E. SLUŽBENA OZNAKA TIPa MERILA: M-2-9
2. Sastavni deo ovog rešenja čini prilog sa podacima o metrološkim svojstvima i upotrebljivosti merila i načinom žigosanja merila iz tačke 1. ovog rešenja.
3. Podnosilac zahteva je dužan da u zakonskom roku naknadi troškove postupka ispitivanja tipa merila u iznosu od: 12 000.-dinara.
4. Žalba ne zadržava izvršenje rešenja.

O b r a z l o ž e n j e

Zahtevom: RO za spoljnu trgovinu "JUGOELEKTRO" br.V-775052, od 06.03.1985.godine, traženo je donošenje rešenja o odobrenju tipa merila iz tačke 1. ovog rešenja. Izvršenim ispitivanjem tipa merila ustanovljeno je da je merilo podesno za upotrebu i da ispunjava metrološke uslove propisane Pravilnikom o metrološkim uslovima za vage sa neautomatskim funkcionisanjem klase tačnosti (I) i (II) ("Službeni list SFRJ", br. 6/78).

PRILOG REŠENJU BR. - 0214-1970

1. PODACI O METROLOŠKIM SVOJSTVIMA I UPOTREBLJIVOSTI MERILA

- 1.1. Klasa tačnosti: (II)
- 1.2. Max merenje: 8 000 g
- 1.3. Min merenje: 50 g
- 1.4. Najmanji podeljak (d) 0,1 g
- 1.5. Radni temperaturni uslovi od +10°C do 40°C
- 1.6. Merilo je zanosvano na principu magneta i indukcije čije se dejstvo meri i iskazuje preko AD pretvarača i mikro procesora.
- 1.7. Vaga poseduje mogućnost oduzimajuće tare do Max merenja.
- 1.8. Natpisi i oznake
 - proizvođač: SARTORIUS
 - tip vage: 1303
 - klasa tačnosti: (II)
 - ispitni podeljak (e) 1 g
 - Max merenje: 8 000 g
 - Min merenje: 50 g
 - službena oznaka: M-2-9

2. NAČIN ŽIGOSANJA

- 2.1. Žigosanje se vrši suvim žigom - odnosno nalepnicom.
- 2.2. Nalepnica se stavlja pored oznake tipa, odnosno suvi žig se utiskuje na olovnu podlogu na prednjoj strani vage
- 2.3. Vaga se podešava i ispituje tegovima klase tačnosti F₁