



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/07-07/14
URBROJ: 558-02.1/1-07-2
Zagreb, 18. lipnja 2007.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGE d.d., Koledovčina 2A, 10000 Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

**RJEŠENJE
O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: FX, MC, B, G i BK
 - proizvođač mjerila: Avery Berkel ili Vage d.d..
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Birmingham, V. Britanija ili Zagreb, Republika Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1001
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ovog rješenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VAGE d.d., Koledovčina 2A, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 14. lipnja 2007. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priloženo tipno odobrenje: EC type – approval certificate izdan od Nederlands Meetinstituut, 3314 EG Dodrecht, Nizozemska.

Tipno odobrenje za mjerila iz točke 1. ovog rješenja izdano je od inozemne ustanove koju je država ovlastila za poslove zakonskog mjeriteljstava i udovoljava zahtjevima propisanim Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila, članak 11 ("Narodne novine" broj 82/02).

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)



Dostaviti:

1. VAGE d.d., Koledovčina 2A, 10000 Zagreb
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/07-07/14

URBROJ: 558-02.1/1-07-2

PROIZVOĐAČ: Avery Berkel ili Vage d.d.

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1001

MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga tip :
FX, MC, B, G i BK

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema prilogu tipnog odobrenja mjerila: KLASA: UP/I-960-03/02-07/140, URBROJ:558-03/9-03-1, od 20. veljače 2003., pod službenom oznakom HR M-3-1001.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip	FX, MC, B, G i BK
Max (Max1/Max2)	3 kg... 30 kg
e (e1/e2/	1 g...5 g
n (n1/n2)	≤ 6000 e za vage s jednim područjem ≤ 3000 za vage s dva mjerna područja
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40

3. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju.

