

KLASA: UP/I-960-03/04-07/75  
URBROJ: 558-03/9-04-2  
Zagreb, 05. srpnja 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGE d.d., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

**RJEŠENJE**  
**O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: MJ100
  - proizvođač mjerila: VAGE d.d.
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb, Republika Hrvatska
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1002
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VAGE d.d., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 17. lipnja 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

**RAVNATELJ**

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGE d.d.,
2. 10000 Zagreb, Koledovčina 2/a
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

**PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA TIPNOG ODOBRENJA MJERILA**

**KLASA: UP/I-960-03/04-07/75**

**URBROJ: 558-03/9-04-2**

**PROIZVOĐAČ: VAGE d.d.**

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip MJ100**

**Službena oznaka tipa:**

**HR M-3-1002**

---

**1. TEHNIČKI OPIS VAGE**

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/03-07/75, URBROJ:558-03/1-03-3,od 22. listopada. 2003. pod službenom oznakom HR M-3-1002.

**2. TEHNIČKI PODACI**

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru prerađenih mehaničkih cestovnih ili željezničkih vaga, prijamnika tereta svih proizvođača i svih vrsta gradiva, oslonjenim na polužni sistem (4 do 8 oslonaca) i (1 ili 2) mjerna pretvornika sile (MPS) na poteznoj poluzi za hibridne vage ili oslonjen na (4 do 12) MPS za izravno opterećenje.

MPS su proizvodnje proizvođača odobrenih za uporabu u EUROPI.

**4. OSTALO**

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila.