

NOT APPROVED

KLASA: UP/I-960-03/01-07/152
URBROJ: 558-03/9-01-4
Zagreb, 21. rujna 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGE d.d., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: MJ100, MJ102, MJ 102C , T330-LC i BARON
 - proizvođač mjerila: VAGE d.d., Avery Berkel i Schember Berkel
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb - Republika Hrvatska, Birmingham - V. Britanija i Austrija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1002
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VAGE d.d., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 24. srpnja 2001. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGE d.d., 10000 Zagreb,
Koturaška cesta 17
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa mjerila: KLASA: 383-01/92-01/157, URBROJ:558-04/1-92-2, od 23.12.1992., rješenju o dopuni rješenja o odobrenju tipa mjerila: KLASA:UP/I-960-03/97-04/21, URBROJ: 558-03/1-97-2, od 25. ožujka 1996., dopuni tipnog odobrenja: KLASA:UP/I-960-03/98-07/105, URBROJ: 558-03/9-98-2, od 31. prosinca 1998. i dopuni tipnog odobrenja: KLASA:UP/I-960-03/99-07/79, URBROJ: 558-03/9-00-2, od 27. travnja 2000., : KLASA:UP/I-960-03/01-07/136, URBROJ: 558-03/9-01-2, od 10. srpnja 2001., pod službenom oznakom HR M-3-1002.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga postavljenih u preinačene temelje mehaničkih vaga proizvodnje Libela - Celje mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku s metalnim prijamnikom tereta oslonjenim na (4 do 12) mjernih pretvornika sile (MPS).

Tip	cestovna, željeznička ili cestovno željeznička
Max	(20000 ... 60000) kg
e	(10...50) kg
n	≤ 3000 e
Mjerni pretvornik sile (MPS) Broj komada/proizvođač	T302 (4 do 12)/AVERY BERKEL ili drugih proizvođača odobrenih za uporabu u Europi
Izmjere prijamnika tereta	(do 18 x do 3) m

4. OSTALO

Prema navedenim rješenjima o tipnom odobrenju mjerila i dopuni tipnog odobrenja mjerila.