

NOT APPROVED

KLASA: UP/I-960-03/93-04/72

URBROJ: 558-03/1-96-2

Zagreb, 25. rujna 1996.

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) na zahtjev tvrtke ISTRa genetski centar d.o.o. donosi se:

RJEŠENJE **o dopuni Rješenja o tipnom odobrenju mjerila**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja:
 - Vrsta mjerila: **Elektromehanička vaga**
 - Tvornička oznaka mjerila: CD ...
 - Proizvođač mjerila: LIBELA
 - Mjesto i država: Celje, Slovenija
 - Službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1003
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Sastavni je dio ovog rješenja prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila.

Prilog se sastoji od 2 stranice.

OBRAZLOŽENJE

ISTRa genetski centar d.o.o. podnio je 30. ožujka 1993. godine zahtjev za dopunu Rješenja o tipnom odobrenju mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo zadovoljava mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim funkcioniranjem razreda točnosti (I), (II), (III) i (IV).

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 97/93) u iznosu od 1,00 kn i 4,00 kn od podnositelja zahtjeva i poništena.

Ravnatelj:
dr. Jakša Topić v.r.

PRILOG

rješenju o dopuni Rješenja o tipnom odobrenju mjerila



1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa: KLASA: UP/I-960-03/154, URBROJ: 558-03/1-2, od 23.12.1992. godine.

2. TEHNIČKI PODACI

- 2.1. Prema gore navedenom rješenju o odobrenju tipa osim što se dodaju ovi tipovi cestovnih vaga CD - ..., prema slici 1. Vage su niske ili posebno niske izvedbe, potrebne dubine temelja (600 ili 300) mm.
 - 2.1.2. Max = (15, 20, 30, 40, 50 ili 60) tona*
 - 2.1.3. Dužina mosta (5 do 20) m x širina (3 m)*
** dopuštene izvedbe po posebnoj želji naručitelja*
- 2.2. Elektronički pokazno-upravljački uređaj TPT 2000 ili TPT 3.
- 2.3. Most vage oslonjen je na 4, 6 ili 8 odobrenih mjernih pretvornika mase razreda C.

3. **OSTALO** Prema izvornom rješenju.



- 1 - Prijamnik tereta
- 2 - EMP
- 3 - Oslonac EMP
- 4 - Odbojnici
- 5 - Priključna kutija
- 6 - Nosac odbojnika
- 7 - EU
- 8 - Anker vijci

PRIJAVNI NACRT

LIGELA CELJE	Dne	Podpis	Spremenbe		Izdaje				
			Št.	Datum	Podpis	Namen	Dne	Podpis	
Konstruiral							Projekt		
Risao	25.9.2005	[Signature]					Polazna ser.		
Pregl. I							Projevdnje		
Pregl. II							Koca		
Merilo							60.03.036		
							Lst št. I 1.0-01		
							Nemesto		

CESTNE VAGE