

NOT APPROVED

KLASA: UP/I-960-03/99-07/88
URBROJ: 558-03/9-99-2
Zagreb, 18. studenog 1999.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke VAGE d.d., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNA TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: MKV (150...800)
 - proizvođač mjerila: AVERY BERKEL i VAGE d.d.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Birmingham - Engleska i Zagreb - Republika Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1009
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ovog tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Objašnjenje

Tvrtka VAGE d.d., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 11. studenoga 1999. godine, zahtjev za dopunu tipnog odobrenja mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti

I, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1str.)

RAVNATELJ
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

Dostaviti:

1. VAGE d.d., 10000 Zagreb, Koturaška cesta 17
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa : KLASA:UP/I- 960-03/93-04/69, URBROJ:558-03/1-95-2, od 05. srpnja 1995. pod službenom oznakom HR M-3-1009.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga mjeriteljskih značajki i oznaka tipa iz navedenog tipnog odobrenja opremljenih s elektroničkim pokazno - upravljačkim uređajem tip Lxxx i mjernih pretvornika sile tipa 8713 i T203, proizvođača AVERY BERKEL - Engleska, s $n \leq 6000$.

4. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju.