

KLASA: UP/I-960-03/01-07/51
URBROJ: 558-03/9-01-2
Zagreb, 22. listopada 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VASIMA, d.o.o., 10040 Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: ITx..., BT... i ST...
 - proizvođač mjerila: BIZERBA
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Balingen-SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1011
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VASIMA d.o.o, 10040 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 27. veljače 2001. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase- vage s neautomatskim djelovanjem,

razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VASIMA d.o.o, 10040 Zagreb, Čulinečka c.27
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/94-04/59, URBROJ:558-03/1-98-2, od 17. kolovoza 1998., pod službenom oznakom HR M-3-1011.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

2.1.

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga opremljenih s elektroničkim pokazno – upravljačkim uređajem tipa BT... ili ST..., proizvodnje BIZERBA.

2.2.

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru novih elektromehaničkih vaga ili novih postavljenih u preinačene temelje mehaničkih vaga, mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku s armirano – betonskim ili metalnim prijamnikom tereta oslonjenim na (4 do 8) mjernih pretvornika sile (MPS).

Tip	cestovna, cestovno željeznička ili željeznička
Max	(20000...120000) kg
e	(10...50) kg
n	≤6000 e za jednopodručne vage ≤ 3000 e po području za višepodručne vage
EPU/proizvođač	(ITx..., BT... i ST...)/BIZERBA
Mjerni pretvornik sile (MPS)	HBM ili drugi odobreni za upotrebu u EUROPI
Broj komada	(4 do 8)
Izmjere prijamnika tereta	(do 22 x do 3) m




3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled i način zaštite EPU BT...
Slika 2	Izgled i način ovjere EPU BT...
Slika 3	Izgled i način ovjere EPU ST...

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila.

Slika 1



**S - Zaštitni žig u obliku
naljepnice**

Slika 2

Ovjerni žig u obliku
naljepnice



Slika 3

Ovjerni žig u obliku
naljepnice

