

KLASA: UP/I-960-03/02-07/69
URBROJ: 558-03/9-02-2
Zagreb, 22. srpnja 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBRA Tehničar ALBA d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: ST 3, DigiTol 8530, 8530 Cougar, Jaguar, LYNX i Panther
 - proizvođač mjerila: Mettler Toledo
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1017
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA Tehničar ALBA d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 29. svibnja 2002. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. LIBRA Tehničar ALBA d.o.o., 10000 Zagreb, Starotrnjanska 32b
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/95-04/103, URBROJ:558-03/1-96-2, od 09. svibnja.1992. i rješenju o dopuni rješenja o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/97-04/87, URBROJ: 558-03/1-98-1, od 22. listopada 1998. i dopunama tipnog odobrenja KLASA: UP/I-960-03/99-07/20, URBROJ 558-03/9-99-2 od 28. svibnja 1999. i KLASA: UP/I-960-03/01-07/149, URBROJ 558-03/9-01-2 od 24. srpnja 2001. pod službenom oznakom HR M-3-1017.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju, dopuni rješenja o odobrenju tipa te dopunama tipnog odobrenja osim:

2.1. Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih željezničkih ili kombiniranih cestovno - željezničkih vaga sastavljenih od armirano betonskog ili čeličnog mosta izmjera od (10 x 3)m do (24 x 3)m, oslonjenog na 4, 6 ili 8 mjernih pretvornika sile (MPS) proizvodnje METTLER TOLEDO ili MPS drugih proizvođača odobrenih za upotrebu u EUROPI.

2.1.1. Kombinirano cestovno – željeznička vaga
Cestovna: Max 50000kg; e = (20 ili 50)kg – Željeznička: Max 100000kg; e = 50kg

2.2. Elektronički pokazno - upravljački uređaj (EPU)

Na ovjeru će se primati vage opremljene s EPU - ima tipa 8530 Cougar, ST – 3 ili Jaguar.

4. OSTALO

Prema gore navedenom rješenju, dopuni rješenja o tipnom odobrenju mjerila i dopunama tipnog odobrenja.