

KLASA: UP/I-960-03/04-07/26
URBROJ: 558-03/9-04-2
Zagreb, 31. ožujka 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGOTEHNA d.o.o., Karlovac, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga:
 - tvornička oznaka mjerila: KGW i LK/LKe
 - proizvođač mjerila: EHP
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Bühl, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1018
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VAGOTEHNA d.o.o., Karlovac, podnijela je ovom Zavodu, 23. ožujka 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGOTEHNA d.o.o.,
2. 47000 Karlovac, Mirka Seljana 46
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

PRIOLOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/31

URBROJ: 558-03/9-04-2

PROIZVOĐAČ: EHP

MJERILO: Elektromehanička vaga tip: KGW i LK/LKe

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1018**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I- 960-03/94-04/10,URBROJ:558-03/1-96-2, od 10. svibnja 1996., pod službenom oznakom HR M -3 -1018.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se kranske vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

TIP	KGW i LK/LKe
Tazred točnosti	III
Max (kg)	1000...10000
e (kg)	0,5...5
n≤	2500
Temperaturno područje	-10 °C /40 °C

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage LKe 10 te način ovjere

4. OSTALO

Prema izvornom rješenju o tipnom odobrenju mjerila.

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/31

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1018

Slika 1

