

KLASA: UP/I-960-03/99-07/67
URBROJ: 558-03/9-99-2
Zagreb, 15. listopada 1999

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke TEHNIČAR SERVAG d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: ET..D../.
 - proizvođač mjerila: LIBELA ELSI
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Celje, R.Slovenija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1022
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Objašnjenje

Tvrtka TEHNIČAR SERVAG d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 08. rujna 1999 godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima mjerila mase- vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

RAVNATELJ
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

Dostaviti:

1. TEHNIČAR SERVAG d.o.o.,
10000 Zagreb, Medulićeva 14
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju mjerila klasabroj UP/I-03/93-04/67, urbroj 558-03/1-95-2, od 10. srpnja 1995.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju osim:

Tip	E T . . D . . / .
Max (kg)	20...20000
e (g)	≥ 10
Razred točnosti	III
n ≤	6 000
Izmjere prijamnika tereta	(0,5 - 12)m x (0,4 - 4)m
Područje tare ≤ (%)	100
Temperaturno područje rada (°C)	-10 / 40

2.1. Izbor mogućih tvorničkih oznaka tipa:

E T . . D . . / .

Max u kg

Dulja stranica prijamnika mase
u decimetrima

tip upinjanja mjernog pretvornika (A ili B) ili izvedba SB tipa N(N)

tipEPU: TPT3E, 3S, 3I, 3C ,
TPT 5N, 5R,
TPT 6E, 6S, 6I, 6C

2.2. Mjerni pretvornici mase:

- HOTTINGER: Z6.. C3, C4, C6, C2A, HLC.. C3, Z7. C3 i C16
- SCAIME: F60x C3, C4, C6, SB30x C3
- THAMES SIDE: T95. C3
- Ili drugi odobreni za uporabu u Evropi.

4. Ostalo

Prema izvornom rješenju.