

KLASA: UP/I-960-03/01-07/118
URBROJ: 558-03/9-01-2
Zagreb, 29. kolovoza 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGE d.d., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: DFT – E3 i DFT-E
 - proizvođač mjerila: SCHENCK
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Darmstadt, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1032
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VAGE d.d., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 25. svibnja 2001. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem,

razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGE d.d., 10000 Zagreb, Koturaška cesta 17
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/94-04/69, URBROJ:558-03/1-95-2, od 20. prosinca 1995. i dopuni tipnog odobrenja mjerila: KLASA:UP/I-960-03/97-04/84, URBROJ: 558-03/1-97-2, od 25. srpnja 1997.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga postavljenih u preinačene temelje mehaničkih vaga proizvodnje Libela - Celje mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku s metalnim prijamnikom tereta oslonjenim na 8 (osam) mjernih pretvornika sile (MPS).

Tip	DFT – E
Max	60000 kg
e	20 kg
n	≤ 3000 e
EPU/proizvođač	DISOMAT – S/SCHENCK
Mjerni pretvornik sile (MPS)	RTN (33000 kg)
Broj komada/proizvođač	8/SCHENCK
Izmjere prijamnika tereta	(18 x 3) m


3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled i temeljne izmjere prijamnika tereta i način oslanjanja MPS


4. OSTALO

Prema navedenim rješenjima o tipnom odobrenju mjerila i dopuni tipnog odobrenja mjerila.

Slika 1



MOSNA KONTRUKCIJA VAGE



SKICA OSLOMCA MJERNE DOZE
Cestovna mosna vaga 50/60 t, 18 x 3 m