

**NOT APPROVED**

KLASA: UP/I-960-03/01-07/152  
URBROJ: 558-03/9-01-2  
Zagreb, 24. rujna 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGE d.d., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### **DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: MPE...
  - proizvođač mjerila: VAGE d.d., Avery Berkel Salter Weightronix
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb - Republika Hrvatska, Birmingham - V. Britanija
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1035
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### **Obrazloženje**

Tvrtka VAGE d.d., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 24. srpnja 2001. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem,

razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

**R A V N A T E L J**

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGE d.d., 10000 Zagreb,  
Koturaška cesta 17
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema prilogu tipnog odobrenja mjerila: KLASA: UP/I-960-03/95-04/58, URBROJ:558-03/1-95-2, od 05. srpnja 1995., dopuni tipnog odobrenja mjerila: KLASA:UP/I-960-03/97-04/17, URBROJ: 558-03/1-97-2, od 25. ožujka 1997. i dopuni tipnog odobrenja: KLASA:UP/I-960-03/99-07/36, URBROJ: 558-03/9-99-2, od 06. svibnja 1999., pod službenom oznakom HR M-3-1035.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga pod gore navedenom službenom oznakom opremljenih elektroničkim pokazno – upravljačkim uređajima (EPU) proizvodnje AVERY BERKEL SALTER WEIGHTRONIX ( bivši AVERY BERKEL), tipa **L130, L108, L126 i L136.**

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA


Crtež	Opis
L130 Slika 1 Slika 2	Izgled EPU 130 Izgled i način ovjeravanja EPU L130 Način zaštite EPU L130

4. OSTALO


Prema navedenim rješenjima o tipnom odobrenju mjerila i dopuni tipnog odobrenja mjerila.

L130





Slika 1. Prednja strana uređaja L130



Slika 2. Stražnja strana uređaja L130