

NOT APPROVED

KLASA: UP/I-960-03/02-07/86
URBROJ: 558-03/9-02-2
Zagreb, 26. srpnja 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGE d.d., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: MPE...
 - proizvođač mjerila: VAGE d.d., Avery Berkel Salter Weightronic
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb – Republika Hrvatska, Birmingham – V. Britanija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1035
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VAGE d.d., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 11. srpnja 2002. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGE d.d., 10000 Zagreb,
Koturaška cesta 17
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema prilogu rješenjima o tipnom odobrenju mjerila: KLASA: UP/I-960-03/95-04/58, URBROJ:558-03/1-95-2, od 05. srpnja 1995. i dopuni tipnog odobrenja mjerila KLASA:UP/I-960-03/97-04/17, URBROJ: 558-03/1-97-2, od 25. ožujka 1997. te dopunama tipnom odobrenju: KLASA:UP/I-960-03/98-07/18, URBROJ: 558-03/9-98-2, od 13. svibnja 1998., KLASA:UP/I-960-03/99-07/36, URBROJ: 558-03/9-99-2, od 06. svibnja 1999., KLASA:UP/I-960-03/01-07/152, URBROJ: 558-03/9-01-2, od 24. rujna 2001., i pod službenom oznakom HR M-3-1035.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga prijamnika tereta izrađenog iz jednog ili više dijelova, čelične, čelično betonske ili betonske (armirani ili prednapregnuti beton) oslonjenih na (1 do 12) mjernih pretvornika sile (MPS), mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	MPE... (platformska vaga, vaga za vaganje silosa, spremnika i sl.)
Max	(6 ... 200000) kg
e	1g...1000kg
n	≤ 3000 e
Razred točnosti	III i IIII
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU) Tip/Proizvođač	B40x, D30x, L108, I115, L116, L118, L120, L125, L126, L130, L136, L215, L216, L225, L226/ AVERY BERKEL ili AVERY BERKEL SALTER WEIGHTRONIX
Mjerni pretvornik sile (MPS) Broj komada/proizvođač	T103, T109, T110, T201, T202, T203, ... 8701, 8708,, ... T301, T302 ... (1 do 12)/AVERY BERKEL ili drugih proizvođača odobrenih za uporabu u Europi prema Tablici 1 iz priloga dopune tipnom odobrenju: Klasa: UP/I-960-03/99-07/36 od 06. svibnja 1999.
Izmjere prijamnika tereta	(do 30 x 30) m
Gradivo i konstrukcija prijamnika tereta	Čelična, čelično – betonska ili betonska (armirani ili prednapregnuti beton)

3. OSTALO

Prema navedenim rješenjima o tipnom odobrenju i dopuni tipnog odobrenja mjerila te dopunama tipnog odobrenja mjerila.