



REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU  
I MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/95-04/10  
URBROJ: 558-03/1-95-2  
Zagreb, 23. siječnja 1996.

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) na zahtjev LIBRA-TEHNIČAR, donosi se

**R J E Š E N J E**  
**o tipnom odobrenju mjerila**

1. Odobrava se tip mjerila:
  - Vrsta mjerila: vaga s pomičnim utezima - osobna
  - Tvornička oznaka mjerila: SECA 713
  - Proizvođač mjerila: SECA-MESS-UND Wiegetechnik.Vogel & Halke
  - Mjesto i država: Hamburg, Njemačka
  - Službena oznaka tipa mjerila: HR M - 3 - 1040
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Sastavni dio ovog rješenja je prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila. Prilog se sastoji od 2 stranice.

**O B R A Z L O Ž E N J E**

LIBRA-TEHNIČAR podnio je 30. siječnja 1995. godine zahtjev za odobrenje tipa mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo udovoljava mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim funkcioniranjem razreda točnosti (I), (II), (III) i (III)..

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 97/93) u iznosu od 1,00 kn i 4,00 kn od podnositelja zahtjeva i poništena.



Rješenje se smije umnožavati bez unosa izmjena. Izvodi ili izmjene mogu se izvesti samo uz posebno odobrenje Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

## 1. TEHNIČKI OPIS OSOBNE VAGE S POMIČNIM UTEZIMA TIP 713

Osobna vaga s pomičnim utezima tip 713 sastoji se od kućišta s polužnim sistemom i mostom te mjerne naprave s pomičnim utezima i visinomjerom tip 220.

### 1.1. Način rada mjerila

Teret svojom masom djeluje na prijemnik mase, a masa tereta djeluje preko polužnog sistema na mjernu napravu s pomičnim utezima.

Na mjernoj napravi nalaze se pomični utezi pomicanjem kojih se mjerna naprava dovodi u ravnotežni položaj.

Vaga je izvedena sa uređajem za podešavanje nule ( uređajem za uravnoteženje tare ).

Uz vagu je ugrađen visinomjer za mjerenje visine osoba, tip 220.

## 2. TEHNIČKI PODACI

### 2.1. Razred točnosti

( III )

### 2.2. Tip, mjerno područje, podjeljak "e" = "d"

Max 130 kg

Min 4,0 kg

e=d= 200 g

*Handwritten signature*

2.3. Referentni uvjeti

Vage moraju udovoljavati mjeriteljskim uvjetima u pogledu granica dozvoljenih pogrešaka pri:

- promjeni temperature od (-10 do 40)<sup>o</sup> C

3. CRTEŽI ZA IDENTIFIKACIJU MJERILA

Oznaka crteža/slike

sadržaj crteža /slike

slika 1

izgled tip 713

4. NATPISI I OZNAKE


Natpisi i oznake moraju biti u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti (I), (II), (III) i (III).

5. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE

Vage koje udovolje odredbama navedenog pravilnika žigosat će se službenim žigovima na za to predviđenim mjestima na mjernoj napravi.

*Handwritten signature*

REPUBLIKA HRVATSKA  
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU  
POSREDOVANJE  
ODSJER ZA VEŠTAČENJE I  
41000 Zadar, Brijuni  
18. 11. 1993. 17.52.33 *Mary*



Altimetro Mod. 220

Mod. 713

**Bilancia pesa-persone  
a peso mobile Mod. 713**  
Sistema di pesata a peso mobile,  
con indicazione tramite cursori.  
Struttura in alluminio anodizzato.  
- Campo di pesata: Kg 130  
- Divisione: gr 200  
- Misure: mm 310 x 380 x 855 h.  
- Peso: Kg 8  
Cod. 778262

**Bilancia Mod. 713  
con Altmetro Mod. 220**  
Cod. 778263