

KLASA: UP/I-960-03/02-07/83
URBROJ: 558-03/9-02-2
Zagreb, 05. srpnja 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke Masa d.o.o., 48260 Križevci, Baltičeva 1, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: SBP/M i SBP/C
 - proizvođač mjerila: BILANCIAl
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Compogalliono, Italija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1045
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka MASA d.o.o., 48260 Križevci, Baltičeva 1, podnijela je ovom Zavodu, 28. svbnja 2002. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti

I , **II** , **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. MASA d.o.o., 48260 Križevci, Baltičeva 1
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I-960-03/95-04/96,
URBROJ:558-03/1-95-2, od 21.11.1995., pod službenom oznakom HR M-3-1045.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila osim:

- 2.1. Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih cestovnih vaga, prijamnika tereta oslonjenog na (4 ili 8) MPS s elektroničkim pokazno – upravljačkim uređajem, EPU tipa Dxxx (D400, D410 i D800), proizvođače Bilanciai. Vage nose oznaku tipa SBP/M i SBP/C.
- 2.2. Max = 20000 do 50000 kg; Min = 100 do 400 kg; e = 5 do 20kg.

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

| Crtež | Opis |
|--------------------|---|
| Slika 1 Slika 2 | Izgled EPU i način ovjeravanja Način zaštite otvora kalibracionog prekidača i kućišta EPU D800 od neovlaštenog otvaranja |

4. Ostalo

Prema gore navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila.

Slika 1

Ovjerni žig u obliku
naljepnice



Slika 2



**Vijak na otvoru kalibracionog
prekidača**

Zaštitni žig u obliku naljepnice

