

KLASA: UP/I-960-03/04-07/147  
URBROJ: 558-03/9-04-2  
Zagreb, 10. siječnja 2005.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke METTLER TOLEDO d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### **RJEŠENJA O DOPUNI O TIPNOG ODOBRENJA MJERILA**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: SPIDER (SW,BC, FC ii SC) ... i IND4...
  - proizvođač mjerila: METTLER TOLEDO AG i Testut Lutrana
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Greifensee, Švicarska
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1049
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### **Obrazloženje**

Tvrtka METTLER-TOLEDO d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 08. prosinca 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

**RAVNATELJ**

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Mettler-Toledo d.o.o.,  
10000 Zagreb, Mandlova 3
2. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

**PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA**

KLASA: UP/I-960-03/04-07/147

URBROJ: 558-03/9-04-2

**PROIZVOĐAČ: METTLER TOLEDO AG**

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip SPIDER (SW, BC, FC i SC)...  
i IND4...**

**Službena oznaka tipa:**

**HR M-3-1049**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema prilogu tipnog odobrenja mjerila: KLASA: UP/I-960-03/95-04/89, URBROJ:558-03/1-95-4, od 26. ožujka 1996. i dopuni tipnog odobrenja: KLASA:UP/I-960-03/01-07/123, URBROJ: 558-03/9-01-2, od 05. rujna 2001., pod službenom oznakom HR M-3-1049.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga pod gore navedenom službenom s EPU tipa IND4... ( izgled prikazan na slici 1.) ii mjeriteljskih značajki prema tablici 1.

Tablica 1.

TIP	IND4...	
Tazred točnosti	III	III
n≤	7000	1000

3. OSTALO

Prema navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila i dopunama tipnog odobrenja mjerila.

**PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI O TIPNOG ODOBRENJA MJERILA**

KLASA: UP/I-960-03/04-07/147

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:  
HR M-3-1049

---

Slika 1

