

KLASA: UP/I-960-03/96-04/5
URBROJ: 558-03/1-98-1
Zagreb, 04. veljače 1998

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) na zahtjev tvrtke "METTLER – TOLEDO" d.o.o. donosi se

R J E Š E N J E

o dopuni Rješenja o tipnom odobrenju mjerila

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja:
 - Vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - Tvornička oznaka mjerila: LP-.../M-..., LP-C/M-C, LP-SPC/M-SPC
 - Proizvođač mjerila: METTLER TOLEDO GmbH
 - Mjesto i država: Albstadt, Njemačka
 - Službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1051
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Sastavni dio ovog rješenja je prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila.
Prilog se sastoji od 1 stranice.

O B R A Z L O Ž E N J E

Tvrtka "METTLER - TOLEDO" d.o.o. podnijela je 06. svibnja 1997 godine zahtjev za dopunu Rješenja o odobrenju tipa mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo zadovoljava mjeriteljske zahtjeve propisane Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase – vage sa neautomatskim funkcioniranjem r.t. (I), (II), (III) i (IV).

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn od podnositelja zahtjeva i poništena.

R a v n a t e l j:

dr. Jakša Topić

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa: KLASA: UP/I-960-03/96-04/5, URBROJ: 558-03/1-96-2, od 07. studenog 1996. pod službenom oznakom HR M-3-1051.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju osim:

Elektromehanička vaga tipa LP-.../M... u izvedbi za samoposluživanje tip LP-C/M-C zamjenjuje se tipom LP-SPC/M-SPC sa elektroničkim upravljačko-pokaznim uređajem smještenim samo na strani kupca. Unos vrsta roba vrši se unosom brojčane oznake ili putem tipkovnice sa slikama artikala.

Uz već odobrene mjerne pretvornike sile dozvoljava se ugradnja mjernog pretvornika sile oznake 0772-xxxx s nazivnim opterećenjem 45 kg. Ugradnjom navedenog mjernog pretvornika sile primat će se na ovjeru vage odobrenih tipova slijedećih mjeriteljskih značajki:

Max 15 ... 30 kg
e = 5 ... 50 g
n ≤ 6000 e
n1 ≤ 3000 e
Max/e1 ≤ 7500 e

3. OSTALO

Prema izvornom rješenju.