

KLASA:UP/I-960-03/96-04/61
URBROJ : 558-03/1-96-2
Zagreb, 07. studenog 1996.

Na temelju članka 202. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 24. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 11/94) na zahtjev tvrtke "AGRIONICA d.o.o.", donosi se

RJEŠENJE **o tipnom odobrenju mjerila**

1. Odobrava se tip mjerila:
 - Vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - Tvornička oznaka mjerila: SM 10
 - Proizvođač mjerila: PRECIA-MOLEN
 - Mjesto i država: Privas, Francuska
 - Službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1060
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Sastavni je dio ovog rješenja prilog u kojem su dane značajke mjerila, uvjeti i ograničenja primjene mjerila te način ovjeravanja i žigosanja mjerila. Prilog se sastoji od 3 stranice.

O B R A Z L O Ž E N J E

Tvrtka "AGRIONICA d.o.o." podnijela je 13. lipnja 1996. godine zahtjev za odobrenje tipa mjerila iz točke 1. izreke ovog rješenja. Tipnim ispitivanjem mjerila utvrđeno je da mjerilo udovoljava mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase – vage s neautomatskim funkcioniranjem r.t. I, II, III i IIII.

Na temelju rečenog odlučeno je kao u izreci.

Upravna pristojba naplaćena je prema tarifnom broju 1. i 2. Zakona o uravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn od podnositelja zahtjeva i poništena.

Ravnatelj:

dr. Jakša Topić

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Platformske vage namijenjene su za postavljanje s navozom ili ugradnju u plitki temelj. Prijemnik mase oslonjen je na jedan mjerni pretvornik.

Standardne izvedbe prema tablicama u točki 2.3. Moguće i druge izvedbe po želji naručitelja. Vrste elektronskih pokazno upravljačkih uređaja i tipovi mjernih pretvornika navedeni u istom opisu.

Pokazno upravljački uređaj može biti ugrađen u sklopu vage (stup), na posebnom stupu, na zidu ili stolu.

Upravljačko pokazni uređaj je proizvodnje "PRECIA" tip SO3.

4. CRTEŽI ZA IDENTIFIKACIJU MJERILA

Oznaka crteža/slike

sadržaj crteža /slike

slika 1

izgled vage

5. NATPISI I OZNAKE

Oznaka odobrenja i svi podaci potrebni za korištenje vage unose se na natpisnu pločicu vage u skladu s Pravilnikom o mjeriteljskim uvjetima za mjerila mase s neautomatskim djelovanjem razreda točnosti (I),(II),(III) i (III). Natpisi moraju biti na hrvatskom jeziku.

6. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE VAGE

Mjerilo se žigoše osnovnim i godišnjim žigom na za to predviđena mjesta elektronskog upravljačko pokaznog uređaja i priključne kutije, bez uništenja kojih se ne mogu vršiti zahvati kojima bi se ujecalo na rezultate vaganja.

Rok važenja žiga je 2 (dvije) godine.

7. OPASKA

- 7.1 . Uz svaku vagu treba biti isporučeno uputstvo o pravilnom radu vagom i njenom održavanju.
- 7.2. Ovim rješenjem o odobrenju tipa mjerila ne potvrđuju se značajke mjerila u pogledu sigurnosti.