

KLASA: UP/I-960-03/02-07/92
URBROJ: 558-03/9-02-2
Zagreb, 30. rujna 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke NOVAL d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: S20 (2813...platformska, 2922...na kolosjeku, 9521...zidna) i S30_278x
 - proizvođač mjerila: Primjer d.o.o. i Soehnle – Waagen GmbH + Co
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb - Republika Hrvatska i Murhardt - Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1075
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka Noval d.o.o., Dubravkin trg 7, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 29. srpnja 2002. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Noval d.o.o., 10000 Zagreb, Dubravkin trg 7
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRIOLOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03-02-07/92

URBROJ: 558-03/9-02-2

PROIZVOĐAČ: Primjer d.o.o. i Soehnle – Waagen GmbH & Co.KG

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1075**

MJERILO: Elektromehanička vaga tip:

S20 (2813...platformska, 2922..na klosjeku,2951...zidna) i S30_278x

TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/96-04/98, URBROJ:558-03/1-97-1, od 02. svibnja 1997.i dopuni tipnog odobrenja KLASA:UP/I- 960-03/98-07/44, URBROJ:558-03/1-98-2, od 11. kolovoza 1988, pod službenom oznakom HR M -3 -1075.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se i vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	S 30_278x
Prijamnik tereta	platforma
Vrsta vage	zidna klaonička
Broj pretvornika sile	1
Max (kg)	150
e = d (g)	50
Tara (kg)	- Max
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled EPU S30_278x i način ovjere te zaštite natpisne pločice
Slika 2	Izgled i način zaštite otvora kalibracionog prekidača vage
Slika 3	Izmjere zidne vage

4. OSTALO

Prema navedenom rješenju o tipnom odobrenju i dopuni tipnog odobrenja.

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/02-07/92

URBROJ: 558-03/9-02-2


Službena oznaka tipa:
HR M-3-1075

Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice

Zaštitni žig u obliku naljepnice
natpisne pločice





PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/02-07/92

URBROJ: 558-03/9-02-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1075

Slika 2



Slika 3