

KLASA: UP/I-960-03/00-07/77

URBROJ: 558-03/9-00-2

Zagreb, 19. srpnja 2000.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke SERVER MARK d.o.o., Cirkovci 68, 10000 Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: DS-671, DS-682 (L), DS-685 i DS-688 (P i B)
 - proizvođač mjerila: TERAOKO SEIKO Co. Ltd.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Tokyo, Japan
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1076
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka SERVER MARK d.o.o., Cirkovci 68, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 12. srpnja 2000. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase- vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

Dostaviti:

1. SERVER MARK d.o.o., Cirkovci 68, 10000 Zagreb
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/96-04/119, URBROJ:558-03/1-97-1, od 03. ožujka 1997. i dopuni tipnog odobrenja: KLASA:UP/I- 960-03/99-07/12, URBROJ:558-03/1-99-2, od 16. srpnja 1999 pod službenom oznakom HR M -3 - 1076.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju osim što će se na prvu ovjeru primati i vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	DS-671, DS-682 (L), DS-685 i DS-688 (P i B)
Razred točnosti	III
Max (kg) može i do tri mjerna područja	3...30
e = (g)	≥ 1
Područje tare ≤ %	100
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage DS-682 i način ovjeravanja

4. OSTALO

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopuni tipnog odobrenja.

Slika 1

ovjerna žig u obliku naljepnice

