

KLASA: UP/I-960-03/00-07/78
URBROJ: 558-03/9-00-2
Zagreb, 26. srpnja 2000.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke SERVER MARK d.o.o., Cirkovci 68, 10000 Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: DS-450, DS-64x, DC-688 i DCM-688
 - proizvođač mjerila: TERAOKO SEIKO Co. Ltd.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Tokyo, Japan
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1078
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka SERVER MARK d.o.o., Cirkovci 68, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 12. srpnja 2000. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase- vage s neautomatskim djelovanjem,

razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

Dostaviti:

1. SERVER MARK d.o.o., Cirkovci 68, 10000 Zagreb
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/95-04/119, URBROJ:558-03/1-97-1, od 06. ožujka 1997. pod službenom oznakom HR M -3 -1078.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju osim što će se na prvu ovjeru primati i vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	DS-450	DC-688 i DMC-688
Razred točnosti	III	III
Max (kg)	0,3...15	3...30
Može i dvopodručna	0,3/0,6; 0,6/1,5; 3/6 i 6/15	
e = (g)	≥ 1	≥ 1
e1/e2	0,1/0,2; 0,2/ 0,5; ½ i 2/5	
n ≤	3000	3000
Područje tare ≤ %	100	100
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40	-10/40

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled vage DS-450 i DC-688 te način ovjeravanja Način zaštite vage

4. OSTALO

Prema gore navedenom tipnom odobrenju.

Slika 1

DS-450



ovjerni žig u obliku naljepnice

DC-688



Slika 2

A – zaštitni žig za utiskivanje
B - zaštitni žig u obliku naljepnice

