

KLASA: UP/I-960-03/02-07/135
URBROJ: 558-03/9-02-4
Zagreb, 30. prosinca 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke SERVER - MARK d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipnog odobrenja mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: Elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: DS-425, DS-450, DS-64x, DC-200, DC-300, DC-688 i DCM-688
 - proizvođač mjerila: Teraoka Seiko Co. Ltd., Teraoka Weigh-System Pte Ltd, Shanghai Teraoka Electronic Ltd. i Digi Europe LTD-Digi House
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Japan, NR Kina, Singapur i V. Britanija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1078
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka SERVER - MARK d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 05. prosinca 2002. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. SERVER - MARK d.o.o., 10000 Zagreb, Cirkovci 68
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/95-04/119, URBROJ:558-03/1-97-1, od 06. ožujka 1997. i dopuni tipnog odobrenja: KLASA:UP/I- 960-03/00-07/78, URBROJ:558-03/9-00-2, od 26. srpnja 2000. pod službenom oznakom HR M -3 -1078.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopuni tipnog odobrenja osim što će se na prvu ovjeru primati i vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	DS-425	DS-425 DS-450	DS-450, DS-64x, DC-200, DC-300, DS-688 i DCM-688
Razred točnosti	II	i III	III
Max (kg) može i do tri mjerna područja	0,3...15		1,5...30
e = (g)	00,1...1	0,1...5	≥ 0,5
n	6000...30000	≤ 3000	≤ 3000
Područje tare ≤ %	100		100
Temperaturno područje rada (°C)	5/35	-10/40	-10/40

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage DS-425, način ovjeravanja te način zaštite vage

4. OSTALO

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopuni tipnog odobrenja.

Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice

Zaštitni žig poklopca kalibracionog prekidača



Kalibracioni prekidač

