



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/189
URBROJ: 558-2.01/1-7-1
Zagreb, 20. svibnja 2007.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila tvrtke MEDIA d.o.o. Karlovačka cesta 65 A, 10020 Zagreb, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska mehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: SECA (700, 709, 710, 712 i 745)
 - proizvođač mjerila: Vogel Halke GmbH & Co - SECA
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Hamburg, Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1081
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi 10 godina.
4. U prilogu ovog rješenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka MEDIA d.o.o., Karlovačka cesta 65 A, 10020 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 23. listopada 2006. godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja utvrđeno je da mjerilo udovoljava mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage ("Narodne novine" broj 1/05, 11/05 i 42/07) i da je prikladno za uporabu.

Ovo rješenje važi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 70,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)

Dostaviti:

1. MEDIA d.o.o., Karlovačka cesta 65 A, 10020 Zagreb
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda



1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva:	MEDIA d.o.o Karlovačka cesta 65 A 10020 Zagreb
Proizvođač mjerila:	Vogel Halke GmbH & Co - SECA Hamburg, Njemačka
Vrsta mjerila:	Neautomatska mehanička vaga
Tip mjerila:	Seca (700, 709, 710, 712 i 745)
Službena oznaka tipa:	HR M-3-1081

2. TEHNIČKI OPIS VAGE

Neautomatska mehanička vaga tipa SECA (701, 709, 710 i 712) (u daljem tekstu: vaga) sastoji se od kućišta s polužnim sistemom i prijamnika tereta te mjerne naprave s pomičnim utezima.

Vage mogu biti i opremljene s visinomjerom tipa 220, dok je vaga tipa 745 namijenjena za vaganje beba.

2.1. Način rada mjerila

Teret svojom masom djeluje na prijamnik tereta koji je oslonjen na polužni sistem preko kojeg se sila od mase reducira i djeluje putem poteznice na mjernu napravu s pomičnim utezima.

Na mjernoj napravi nalaze se pomični utezi pomicanjem kojih se mjerna naprava dovodi u ravnotežni položaj.

Vage su izvedene sa uređajem za podešavanje nule (uređajem za uravnoteženje tare)

2.2. Mjeriteljske značajke

Tip	SECA (700, 709 i 710) SECA 712	SECA 745
Razred točnosti	III	
Max (kg)	150 200	16
Min (g)	200	100
e (g)	100 100	10
Temperaturno područje	-10/40 °C	

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 i 2	Izgled vage tipa SECA (700, 709, 710, 712 i 745)

4. NATPISI I OZNAKE

Na vagu se moraju postaviti slijedeći natpisi i oznake:

-tvrka ili znak proizvođača

-tip vage

-razred točnosti III

-službena oznaka tipa vage: HR M-3-1081

-serijski ili tvornički broj vage

-mjerno područje Min ... Max ...

-ispitni podjeljak $e = \dots$

Natpisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

5. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE

Vage se ovjeravaju u skladu s Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (NN br. 1/05, 11/05 i 42/07).

Vage koje udovolje odredbama navedenog pravilnika žigosat će se službenim žigovima na za to predviđenim mjestima.

Žig važi 2 (dvije) godine.

Slika 1




SECA 700



SECA 710



SECA 745
Slika 2



SECA 710



SECA 712