



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-02/11-04/11
URBROJ: 558-02-01-01/4-11-2
Zagreb, 29. ožujka 2011.

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03, 194/03, i 111/07) članka 96. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 47/09, u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila koji je podnijela tvrtka MEDIA d.o.o. Karlovačka cesta 65 A, 10020 Zagreb, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

**RJEŠENJE O DOPUNI
RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA**

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: SECA (6xx, 7xx i 9xx)
 - proizvođač mjerila: SECA GmbH & Co. Kg
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: 22089 Hamburg, Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1083
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi do isteka Rješenja o odobrenju tipa mjerila.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama iz točke 1. Ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka MEDIA d.o.o., Karlovačka cesta 65 A, 10020 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 07. veljače 2011. godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, koje je provedeno u skladu s Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage ("Narodne novine" broj 1/05, 11/05 i 42/07), te da je prikladno za uporabu.

Ovo rješenje važi do isteka Rješenja o odobrenju tipa mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)



Dostaviti:

1. MEDIA d.o.o., Karlovačka cesta 65 A, 10020 Zagreb
2. Pismohrana, ovdje

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

KLASA: UP/I-034-02/11-04/11

URBROJ: 558-02-01-01/4-11-2

PROIZVOĐAČ: SECA GmbH & Co. Kg

**MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga tip:
SECA (6xx, 7xx i 9xx)**

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1083**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/06-07/189,URBROJ:558-02.1/01-7-3, od 20. svibnja 2007. pod službenom oznakom HR M -3 -1083.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se i neautomatske elektromehaničke vage tipa SECA 6xx i SECA 9xx , mjeriteljskih značajki prema tablici 1.

Tablica 1

Tip	SECA 6xx M(645, 657, 665, 677 i 685) Moguće višepodručne – sve	SECA 9xx M956- dvopodručna
Prijamnik tereta/namjena	Platforma/osobna	Vaga stolica
Razred točnosti	III	III
Max	200/300 kg po izboru (vaga 1- 200 kg, vaga 2- 300 kg)	50/200 kg
e = d	100/200 g	50/100 g
Elektroničko pokazno – upravljački uređaj tip/proizvođač	4xx/SECA	
Temperaturno područje rada (°C)	10/40	

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage platformi za osobe tipa SECA (645, 657, 665, 677 i 685) te izgled EPU tip 435/434 Izgled vage stolica tip SECA 956 s EPU tip 472
Slika 2	

4. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju.

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02/11-04/11

URBROJ: 558-02-01-01/4-11-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1083

Slika 1




SECA 645



SECA 657



SECA 685



SECA 677



SECA 665

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02/11-04/11

URBROJ: 558-02-01-01/4-11-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1083

Slika 2



EPU tip SECA 472



SECA 956