

KLASA: UP/I-960-03/04-07/141
URBROJ: 558-03/9-04-2
Zagreb, 22. prosinca 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke MEDIA d.o.o, 10000 Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: SECA (6xx, 7xx i 9xx)
 - proizvođač mjerila: Vogel&Halke GmbH KG - SECA
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Hamburg, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1083
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka MEDIA d.o.o., 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 25. studenoga 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. MEDIA d.o.o., Kraljevac 20d, 10000 Zagreb
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/141

URBROJ: 558-03/9-04-2

PROIZVOĐAČ: SECA

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip:
SECA (6xx, 7xx i 9xx)**

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1083**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/96-04/88,URBROJ:558-03/09-97-2, od 20. svibnja 1997. i dopuni tipnog odobrenja : KLASA:UP/I- 960-03/03-07/34, URBROJ:558-03/9-03-2, od 23. travnja 2003. i : KLASA:UP/I- 960-03/04-07/84, URBROJ:558-03/9-04-2, od 07. srpnja 2004 pod službenom oznakom HR M -3 -1083.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se i elektromehaničke vage tipa SECA 6xx , mjeriteljskih značajki prema tablici 1.

Tablica 1

Tip	SECA 6xx	
Razred točnosti	III i IIII	
Max	100 kg	300... 360 kg
e = d	20...100 g	100... 200 g
Elektroničko pokazno – upravljački uređaj tip/proizvođač	4xx/SECA	
Temperaturno područje rada (°C)	10/40	

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage SECA 635/634 s EPU tip 472, izgled EPU tip 135/434 te izgled vage SECA 606 s EPU tip 472

4. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju i dopunama tipnog odobrenja.

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/141

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1083

Slika 1




SECA 606



EPU SECA 435/434

SECA 635/634



SECA 472