



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/97-04/73
URBROJ: 558-03/19-98-1
Zagreb, 31. prosinca 1998

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za tipno ispitivanje mjerila Tomislava Borovca, Božidara Magovca 109, 10000 Zagreb, radi odobravanja tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

TIPNO ODOBRENJE

- Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: Mehanička vaga s pomičnim utezima
 - tvornička oznaka mjerila: MTB (5, 10 i 20)
 - proizvođač mjerila: Tomislav Borovac.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1088
- Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
- Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
- U prilogu ovom tipnom odobrenju su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tomislav Borovac, Božidara Magovca 109, 10000 Zagreb, podnio je ovom Zavodu, 29. svibnja 1997 godine, zahtjev za tipno ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanju mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase- vage s neautomatskim djelovanjem,

razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 51/93) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)



RAVNATELJ

dr. sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

- Tomislav Borovac, Božidara Magovca 109, 10000 Zagreb
- OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
- Pismohrana, ovdje
- Glasilov Zavoda

PRIOLOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03-97-04/73

URBROJ: 558-03/1-98-1

PROIZVOĐAČ: TOMISLAV BOROVAR

Službena oznaka tipa:

MJERILO: Mehanička vaga s pomičnim utezima

HR M-3-1088

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva: TOMISLAV BOROVAR
Božidara Magovca 109
10000 Zagreb

Proizvođač mjerila: TOMISLAV BOROVAR
Zagreb

Vrsta mjerila: Mehanička vaga s neautomatskim funkcioniranjem, r.t. III

Tip mjerila: MTB (5, 10 i 20)

Službena oznaka tipa: HR M-3-1088

2. Opis mjerila

2.1 Mehanička izvedba

Vaga je izvedena s mjernom napravom postavljenom na stup. Sila od mase prenosi se izravno s prijamnika tereta na mjernu napravu s pomičnim utezima. Izgled vage prikazan je na slici 1.

| Tip | MTB 5 | MTB 10 | MTB 20 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Max (kg) | 5 | 10 | 20 |
| e = (g) | 5 | 10 | 20 |
| n = | 1000 | 1000 | 1000 |
| Temperaturno područje rada (°C) | -10/40 | -10/40 | -10/40 |

5. Crteži za prepoznavanje mjerila

| Crtež | Opis |
|---------|-------------------------------------|
| Slika 1 | Način ovjeravanja i izgled vage MTB |

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/97-04/73

URBROJ: 558-03/1-98-1

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1088

6. Natpisi i oznake

Na vagu se moraju postaviti ovi natpisi i oznake:

- 1) tvrtka ili znak proizvođača
- 2) tip vage
- 3) razred točnosti
- 4) službena oznaka tipa vage: HR M-3-1088
- 5) serijski ili tvornički broj vage
- 6) mjerno područje

Natpisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

7. Postupak ovjeravanja vage


Vage se ovjeravaju u skladu s Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim funkcioniranjem razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III**.

8. Način žigosanja vage

Vagu se na odgovarajući način mora zaštititi od neovlaštena pristupa sastavnicama, koje korisnik ne smije rastavljati niti namještati te godišnjim ovjernim žigom ovjeriti ispravnost vage.

Ovjera ispravnosti vage obavlja se postavljanjem godišnjeg ovjernog žiga na za to predviđeno mjesto. Natpisna pločica osigurava se zaštitnim žigom.

REPUBLICA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I
MJERITELJSTVO
10000 ZAGREB, Ul. grada Vukovara 78



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I
MJERITELJSTVO
10000 ZAGREB, Ul. grada Vukovara 78

Bauy²

Slika 1