



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/117
URBROJ: 558-03/6-06-2
Zagreb, 28. prosinca 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke BANKOVIĆ, Maksimirska 95/2, 10000 Zagreb, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: mehanička vaga sa zdjelicama odozgora
 - tvornička oznaka mjerila: M20B i M10B
 - proizvođač mjerila: BANKOVIĆ
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb, Republika Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1091
2. Mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka BANKOVIĆ, Maksimirska 95/2, 10000 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 13. studenoga 2006. godine, zahtjev za produljenje roka valjanosti mjerila iz točke 1. ovog tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja utvrđeno je da mjerilo udovoljava mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupcima ocjene sukladnosti za neautomatske vage ("Narodne novine" broj 1/05) i da je prikladno za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog tipnog odobrenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 70,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (5 str.)

Dostaviti:

1. BANKOVIĆ, Maksimirska 95/2, 10000 Zagreb
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda



PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/06-07/117

URBROJ: 558-03/6-06-2

PROIZVOĐAČ: BANKOVIĆ - Zagreb

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1091**

**MJERILO: Mehanička vaga sa zdjelicama odozgora tip:
M20B i M10B**

1. Opći podaci

Podnositelj zahtjeva: BANKOVIĆ
Maksimirska 95/2
10000 Zagreb

Proizvođač mjerila: BANKOVIĆ - Zagreb

Vrsta mjerila: Mehanička vaga s zdjelicama odozgora

Tip mjerila: M20B i M10B
Službena oznaka tipa: HR M-3-1091

2. TEHNIČKI OPIS VAGE S ZDJELICAMA ODOZGORA TIP M20B I M10B

Vaga sa zdjelicama odozgora konstruirana je prema polužnom sustavu ("Beranger") i sastoji se iz kućišta, ravnokrake poluge, prenosnih poluga, noževa, ležajeva, prijamnika tereta (običnih okruglih zdjelica, ravnih pravokutnih, voćarskih, makedonskih i drugih), prijamnika utega (običnih okruglih zdjelica) i kazaljki.

2.1. Način rada mjerila

Vaga se postavlja na ravnu podlogu tako da se osigura ništični ravnotežni položaj (poklapanje kazaljki). Teret svojom masom djeluje na prijamnik mase a na prijamniku utega se vaga dovodi u ravnotežni položaj (poklapanje kazaljki) dodavanjem utega.

2.2. Mjeriteljske značajke

Tip	M20B	M10B
Razred točnosti	III	
Max (kg)	20	10
Min (g)	200	100
e (g)	10	5
Temperaturno područje	-10/40 °C	

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/06-07/117

URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1091**3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA MJERILA**

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2 Slika 3	Izgled vaga tipa M20B i M10B te razne zdjelice Izmjere kućišta vaga i nosača zdjelica Izgled natpisne pločice

4. NATPISI I OZNAKE

Na vagu se moraju postaviti slijedeći natpisi i oznake:

- tvrtka ili znak proizvođača
- tip vage
- razred točnosti
- službena oznaka tipa vage: HR M-3-1091
- serijski ili tvornički broj vage
- mjerno područje Min ... Max ...
- ispitni podjeljak $e = \dots$

Natpisi i oznake moraju biti na hrvatskom jeziku.

5. OVJERAVANJE I ŽIGOSANJE




Vage se ovjeravaju u skladu s Pravilnikom o tehničkim zahtjevima i postupcima ocjene sukladnosti za neautomatske vage (NN br. 1/05).

Vage koje udovolje odredbama navedenog pravilnika žigosat će se službenim žigovima na za to predviđenim mjestima.

PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA
KLASA: UP/I-960-03/06-07/117
URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1091

Slika 1



PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPA MJERILA


KLASA: UP/I-960-03/06-07/117

URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:

HR M-3-1091

Slika 2



PRILOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/06-07/117

URBROJ: 558-03/6-06-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1091