

KLASA: UP/I-960-03/04-07/116  
URBROJ: 558-03/9-04-3  
Zagreb, 04. studenoga 2004.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke DIGITRON d.o.o., Buje, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

### **RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA**

1. Odobrava se dopuna rješenja o tipnom odobrenju mjerila:
  - vrsta mjerila: mehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: diGMP, diGMS i diBM
  - proizvođač mjerila: DIGITRON d.o.o.
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Buje, Republika Hrvatska
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1094
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### Obrazloženje

Tvrtka DIGITRON d.o.o., Buje, podnijela je ovom Zavodu, 17. rujna 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim

djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3, str.)

**RAVNATELJ**

dr.sc. Marijan Andrašec, dipl.ing.

Dostaviti:

1. DIGITRON d.o.o.,
2. 52460 Buje, Digitronska 33
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

**PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU**

KLASA: UP/I-960-03/04-07/116

URBROJ: 558-03/9-04-3

**PROIZVOĐAČ: DIGITRON d.o.o.**

**MJERILO: Mehanička vaga tip : diGMP, diGMS i diBM**

**Službena oznaka tipa:  
HR M-3-1094**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/97-04/91,URBROJ:558-03/1-97-2,  
od 14. studenoga 1997., pod službenom oznakom HR M -3 -1094.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se pod oznakom tipa di SKALA xxx i mehaničke vage s kružnom ljestvicom, mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku a proizvedene u suradnji s EUROMEC strumenti s.r.l. - Italija, sve pod proizvodnjom DIGITRON d.o.o. – Buje kako slijedi :

Tip	di GMP	di GMS	di BM
Vrsta vage	Pultna	platforma	zidna i na kolosjeku (klaonička)
Max (kg)	3...30	60...2000	100...300
e = (g)		1...1000	
Izmjere glave s kružnom ljestvicom (mm)		300 ili 350	
Prijamnik tereta (mm)		okrugli do promjera 400 mm * kvadratni od (300×1500) do (300×2000) * kuka	
Temperaturno područje rada (°C)		-10/40	

\* mogu i druge izmjere po želji naručitelja

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled vage di GMP
Slika 2	Izgled vage di GMS

4. OSTALO

Prema navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila.

**PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU**

KLASA: UP/I-960-03/04-07/116

URBROJ: 558-03/9-04-3

Službena oznaka tipa:  
HR M-3-1094

Slika 1



**PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU**

KLASA: UP/I-960-03/04-07/116

URBROJ: 558-03/9-04-3

Službena oznaka tipa:  
HR M-3-1094

**Slika 2**

