

KLASA: UP/I-960-03/01-07/79
URBROJ: 558-03/9-01-2
Zagreb, 12. travnja 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGA - UTEG d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: K, KO, PV i SV
 - proizvođač mjerila: VAGa - UTEG d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb - Republika Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1097
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VAGA - UTEG d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 14. ožujka 2001. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGA - UTEG d.o.o., 10000 Zagreb, Draškovićeve 74
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/01-07/36, URBROJ:558-03/1-99-1, od 06. svibnja 1999., pod službenom oznakom HR M -3 -1097.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju osim što će se na prvu ovjeru primati i vage za palete (PV) i skladišne vage (SV), mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	PV	SV
Razred točnosti	III	III
Max (kg)	600...3000	600...10000
e = (g)	≥ 200	≥ 200
n ≤	3000	3000
Područje tare ≤ %	100	100
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40	-10/40
Elektronički pokazno- upravljački uređaj (EPU)	AD-4322x i AD-4326x	AD-4322x i AD-4326x
Mjerni pretvornici sile (MPS) (proizvođač/tip/broj MPS)	A&D /LC5223/4	A&D /LC5223/ 1 ili 4
Prijamnik tereta (mm)	“vilica” za palete	(axb) = (600....2000) x (600...5000) **

** mogu i druge izmjere po želji naručitelja **

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled vage EPU AD-4326 te način ovjeravanja Način zaštite EPU i spojne kutije MPS vaga

4. OSTALO

Prema gore navedenom tipnom odobrenju.

Slika 1

ovjerni žig u obliku naljepnice



Slika 2 zaštitni žig u obliku naljepnice



zaštitni žig za kliješta

