

KLASA: UP/I-960-03/01-07/114  
URBROJ: 558-03/9-02-1  
Zagreb, 05. rujna 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGA - UTEG d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### **DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: K, KO, PV i SV
  - proizvođač mjerila: VAGA - UTEG d.o.o.
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb - Republika Hrvatska
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1097
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### **Obrazloženje**

Tvrtka VAGA - UTEG d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 17. svibnja 2001. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

#### **RAVNATELJ**

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGA - UTEG d.o.o., 10000 Zagreb, Draškovićeve 74
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/01-07/36, URBROJ:558-03/1-99-1, od 06. svibnja 1999., i dopuni tipnog odobrenja: KLASA:UP/I- 960-03/01-07/79, URBROJ:558-03/9-01-2, od 12. travnja 2001., pod službenom oznakom HR M -3 -1097.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju osim što će se na prvu ovjeru primati i vage opremljene s EPU i MPS proizvođača i tipa prema tablici u nastavku:

Tip	PV	SV	K
Razred točnosti	III	III	III
Max (kg)	600...3000	600...6000	10000...50000
e = (kg)	0,20...1,00	0,01...2,00	10...20
n ≤	3000	3000	3000
Temperaturno područje rada ( °C )	-10/40	-10/40	-10/40
Elektronički pokazno-upravljački uređaj (EPU)	AD-4322x , AD-4326x i Cardinal 204	AD-4322x, AD-4326x i Cardinal 204	A&D AD-4322x, CARDINAL 748x
Mjerni pretvornici sile (MPS) (proizvođač/tip/broj MPS)	A&D /LC5223/4 *	A&D /LC5223/ 1 ili 4 *	A&D/ LC224-T030/4...8 *
Prijamnik tereta (m)	“vilica” za palete	(axb) = (0,6...2) x (0,6...5) **	(axb) = 3x (5...27)

\* Mogu i drugih proizvođača odobrenih za upotrebu u Europi \*

\*\* Mogu i druge izmjere po želji naručitelja \*\*

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 i 2	Izgled EPU vage tip CARDINAL 748P i 204 te način ovjeravanja i zaštite


4. OSTALO

Prema gore navedenom tipnom odobrenju i dopuni tipnog odobrenja.

Slika 1



Pokazivanje Max + 2e




Pokazivanje Max + 9e  
ol (over load) = prekoračenje Max

Ovjerni žig u obliku  
naljepnice

Zaštitni žig u  
obliku naljepnice




Zaštitni žig za kliješta



Slika 2

Ovjerni žig u obliku naljepnice

CARDINAL 204



Zaštita kabla MPS

Zaštita kalibracionog prekidača