

KLASA: UP/I-960-03/05-07/9
URBROJ: 558-03/05-05-2
Zagreb, 07. ožujak 2005.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBELA ELSI PRO, d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: PRIMA (PT, PT BAT, PTP, PTB BAT i PTE)
 - proizvođač mjerila: LIBELA ELSI d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Celje, REPUBLIKA SLOVENIJA
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1098
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBELA ELSI PRO d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 15. veljače 2005. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o tehničkim zahtjevima i postupcima ocjene sukladnosti za neautomatske vage ("Narodne novine" broj 1/05) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Libela Elsi Pro, d.o.o.,
10000 Zagreb, Crnojezerska 18
2. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/9

URBROJ: 558-03/05-05-2

PROIZVOĐAČ: LIBELA ELSI d.o.o.

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1098**

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip : PRIMA-N/PT(m,b, BAT), PTP,
PTP BAT i PTE**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema prilogu tipnog odobrenja mjerila: KLASA: UP/I-960-03/99-07/42, URBROJ:558-03/9-99-2, od 29. srpnja 1999., pod službenom oznakom HR M-3-1098.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga pod gore navedenom službenom oznakom mjeriteljskih značajki prema tablici 1. i podacima u nastavku:

Tip	PRIMA –N (PT m, PT b, PT, PT BAT, PTP, PTP BAT, PTE)	
Napajanje	adapter, baterije ili akumulator	
Max /Max ₁ /Max ₂	3 kg ≤ Max ≤ 30 kg	
e, e ₁ /e ₂	1 g ≤ e ≤ 10 g	
n ≤ n _{max}	s jednim podjeljkom	≤ 6000
	s više podjeljka	n ₁ ≤ 3000, n ₂ ≤ 3000
Razred točnosti	III	
Područje tare ≤ %	100	
Mjerni pretvornik sile (MPS)	ARBE: MBN 6000, MBE, CB, MB	HBM: PW2.
Temperaturno područje rada (°C)	- 10 / 40	

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled vaga PRIMA-N/PT i način ovjere Izgled vage PRIMA-N/PTE, način ovjere te zaštita od neovlaštena pristupa vaga PRIMA-N

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju mjerila.


PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/116

URBROJ: 558-03/05-05-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1098

Slika 1



PRIMA-N/ PT (pokazivači na stupu)



PRIMA-N/PT (pokazivači u kućištu)

PRIMA-N/PT m

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

KLASA: UP/I-960-03/05-07/116

URBROJ: 558-03/05-05-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1098

Slika 2
PRIMA-N/PTE



Zaštitni žig u obliku naljepnice

