



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-034-02/11-04/04

URBROJ: 558-02-01-01/4-11-2

Zagreb, 28. siječnja 2011.

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu („Narodne novine“ broj 163/03,194/03 i 111/07) i članka 96. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), u povodu zahtjeva tvrtke za tipno ispitivanje mjerila koje je podnijela tvrtka DIGITRON d.o.o., Digitronska 33, 52000 Buje, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

RJEŠENJE O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

1. Odobrava se tip mjerila:
 - vrsta mjerila: neautomatska elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: diSKALA...
 - proizvođač mjerila: DIGITRON d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Buje, Republika Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1099
2. Mjerila iz točke 1. ovog rješenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ovo rješenje važi do isteka Rješenja o odobrenju tipa mjerila.
4. Podaci o tehničkim i mjeriteljskim značajkama mjerila iz točke 1. ovog rješenja, prilog su ovom rješenju i čine njegov sastavni dio.

Obrazloženje

Tvrtka DIGITRON d.o.o., Digitronska 33, 52000 Buje, podnijela je ovom Zavodu, 13. siječnja 2011. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanje mjerila iz točke 1. ovog rješenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban broj uzoraka mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ovog rješenja, koje je provedeno u skladu s Pravilnikom o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila („Narodne novine“ broj 82/02), utvrđeno je da mjerilo zadovoljava zahtjeve propisane Pravilnikom o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage („Narodne novine“ broj 1/05, 11/05 i 42/07), te da je prikladno za uporabu.

Ovo rješenje važi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

Uputa o pravnom sredstvu

Protiv ovoga rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, u roku 30 dana od dana primitka ovoga rješenja.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)



Dostaviti:

1. DIGITRON d.o.o., Digitronska 33, 52460 Buje
2. Pismohrana, ovdje

PRIOLOG RJEŠENJU O ODOBRENJU TIP A MJERILA

KLASA: UP/I-034-02/11-04/04

URBROJ: 558-02-01-01/4-11-2

PROIZVOĐAČ: DIGITRON d.o.o.

Službena oznaka tipa:

**MJERILO: Neautomatska elektromehanička vaga tip :
di SKALA PT**

HR M-3-1099

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/06-07/194,URBROJ:558-06/5-08-1, od 28. travnja 2008.i dopuni tipnog odobrenja KLASA:UP/I- 960-03/09-07/7, URBROJ:558-02/1-09-3, od 16. travnja 2009.

1.1. Izmjene u odnosu na izvorno Rješenje i Dopunu rješenja o odobrenju tipa mjerila

- Članku 3.1. Mjeriteljske značajke vage di SKALA ... dodaju se značajke vage di SKALA PT

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se i vage pod oznakom tipa di SKALA PT, proizvodnje Digitron d.o.o., mjeriteljskih značajki kako slijedi u tablici :

TIP	di SKALA PT
Prijamnik tereta	Pultna
Razred točnosti	III
Namjena vage	direktna prodaja
Broj pretvornika sile	1
Max (kg)	3/6 6/15
e = d (g)	0,5 do 5,0
e1/e2	0,5/1,0
e1/e2	2/5
n ≤	6000 za jednodručna mjerila 3000 za dvopodručna mjerila
EPU tip	S računalom cijene
Broj mjernih pretvornika sile i proizvođač	1 odobren za uporabu u Europi
Područje tare ≤ % Max	- Max - Max _i za vage s dva mjerna područja
Temperaturno područje rada (°C)	-5 /40

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPRA MJERILA

KLASA: UP/I-034-02/11-04/04

URBROJ: 558-02-01/1-11-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1099

Slika 1



EPU na strani rukovatelja



EPU na strani kupca

Vaga tip diSKALA PT

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O ODOBRENJU TIPA MJERILA


KLASA: UP/I-034-02/11-04/04

URBROJ: 558-02-01/1-11-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1099

Slika 2

Položaj sklopke za ulazak u servisni način rada



Zaštitni žig za kliješta

