

KLASA: UP/I-960-03/01-07/123
URBROJ: 558-03/9-01-2
Zagreb, 17. rujna 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke DIGITRON BUJE d.d., Buje, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: diSKALA (GB-x, CL-x, M..., PVS..., GP..., BME..., ECO-x i C/I-T)
 - proizvođač mjerila: DIGITRON BUJE d.d.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Buje, Republika Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1099
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka DIGITRON BUJE d.d., Buje, podnijela je ovom Zavodu, 26. lipnja 2001. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase- vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti

I, II, III i IIII ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. DIGITRON BUJE d.d., 52460 Buje, Digitronska 33
2. OMP PJ – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/98-07/04, URBROJ:558-03/1-98-2, od 07. svibnja 1998. i dopuni tipnih odobrenja KLASA:UP/I- 960-03/98-07/103, URBROJ:558-03/1-98-2, od 23. prosinca 1988. i KLASA:UP/I- 960-03/00-07/52, URBROJ:558-03/9-00-2, od 04. srpnja 2000., pod službenom oznakom HR M -3 -1099.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se i vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	di SKALA ECO-x	di SKALA C/I-T
Prijamnik tereta	platforma	platforma
Vrsta vage	pulna	osobna s ultrazvučnim indikatorom visine
Broj pretvornika sile	1	1
Max (kg)	3, 6/15, i 15/30	150
e = d (g)	1; 2/5 i 5/10	50
n ≤	3000	3000
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40	-10/40

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled i način ovjeravanja i zaštite natpisne pločice i kalibracije vaga ECO-x Izgled i način ovjeravanja i zaštite natpisne pločice i kalibracije vaga C/I-t


4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju i dopunama tipnih odobrenja.

Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice



Zaštitni žig u obliku naljepnice



Zaštitni žig za kliješta

Slika 2

**Izgled osobnih vaga tip C/I-T
s ultrazvučnim indikatorom
visine**



**Ovjerni žig u obliku
naljepnice**



Zaštitni žig u obliku naljepnice

