

KLASA: UP/I-960-03/02-07/70
URBROJ: 558-03/9-02-2
Zagreb, 11. srpnja 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke DIGITRON BUJE d.d., Buje, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: diSKALA (GB-x, CL-x, M..., MA..., PVS..., GP..., BME..., ECO-x i C/I-T)
 - proizvođač mjerila: DIGITRON BUJE d.d.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Buje, Republika Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1099
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka DIGITRON BUJE d.d., Buje, podnijela je ovom Zavodu, 31. svibnja 2002. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase- vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti

I, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. DIGITRON BUJE d.d., 52460 Buje, Digitronska 33
2. OMP PJ – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/98-07/04, URBROJ:558-03/1-98-2, od 07. svibnja 1998. i dopuni tipnih odobrenja KLASA:UP/I- 960-03/98-07/103, URBROJ:558-03/1-98-2, od 23. prosinca 1988. i KLASA:UP/I- 960-03/00-07/52, URBROJ:558-03/9-00-2, od 04. srpnja 2000. i KLASA:UP/I- 960-03/01-07/123, URBROJ:558-03/9-01-2, od 17. rujna 2001. pod službenom oznakom HR M -3 -1099.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se i vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	di SKALA (MA40, MA40-C i MA40-IS)
Prijamnik tereta	platforma
Vrsta vage	pultna
Broj pretvornika sile	1
Max (kg)	15...150
e = d (g)	5...50
n ≤	3000
Tara (kg)	- Max
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40
Napajanje putem adaptora ili punivih baterija	(220 V + 10% - 15%, 50 Hz) na 12 V =

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1	Izgled mogućih izvedbi vaga di SKALA MA40-xx, način ovjere vage i način zaštite kalibracionog prekidača i natpisne pločice
Slika 2	Izgled i način zaštite natpisne pločice i kalibracije vage te zaštita gornje i donje strane vage
Slika 3	Izgled otvora za kalibraciju

4. OSTALO


Prema navedenom tipnom odobrenju i dopunama tipnih odobrenja.

Slika 1

1. Donji okvir
2. Gornji pokrov
3. Noge s navojem
4. AC/DC adapter
5. RS-232 izlaz
6. Prekidač napajanja
7. Kružna libela
8. Pokazni zaslon s ručkom za nošenje
9. Zaštita od preopterećenja
10. Tipka "TARA"
11. Stup pokaznog uređaja
12. Kotač za nagib pokaznog uređaja
13. Udaljeni pokazni uređaj


Tip	BROJ ARTIKLA	MODEL	BROJ ARTIKLA	Tip	BROJ ARTIKLA
MA40 15 kg	60440000	MA40-IS 15 kg	60444000	MA40-C 15 kg	60448000
MA40 30 kg	60441000	MA40-IS 30 kg	60445000	MA40-C 30 kg	60449000
MA40 60 kg	60442000	MA40-IS 60 kg	60446000	MA40-C 60 kg	60438000
MA40 150 kg	60443000	MA40-IS 150 kg	60447000	MA40-C 150 kg	60439000

Ovjerni žig u obliku naljepnice




Zaštitni žig za kliješta

Slika 2



Zaštita ispod prijamnika tereta



Zaštita donje strane vage

Zaštitni žig za kliješta



 02 / CA 4

ELEKTRONIČKA VAGA
Tip: **di SKALA MA40**
Max 60 kg Min 400g
e = 20 g d = 10 g T = -3 kg
Razred točnosti 
Službena oznaka HR M-3-1099

Tvornički broj **0106003**
Godina proizvodnje **2002.**
Napajanje 12 V =
Temp. okoline -10°C do + 40°C
digitron d.d. buje

Slika 3



Prekidač kalibracije