

KLASA: UP/I-960-03/01-07/194
URBROJ: 558-03/9-01-2
Zagreb, 05. prosinca 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke Mettler Toledo d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: LP-...-CW, LP-...CN, LP...CF i LP-...CNT
 - proizvođač mjerila: Mettler Toledo GmbH i Mettler Toledo Changzhou Scale Ltd
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Albstadt - SR Njemačka i NR Kina
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1101
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka Mettler Toledo d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 29. listopada 2001. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem,

razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (5 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Mettler Toledo d.o.o., Zagreb, Mandlova 3
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o tipnom odobrenju mjerila: KLASA:UP/I- 960-03/97-04/152, URBROJ:558-03/1-98-1, od 04. veljače 1998., pod službenom oznakom HR M -3 -1101.

2. TEHNIČKI PODACI

2.1. Na prvu ovjeru primat će se mjerila mjeriteljskih značajki i oznakama tipa prema tablici 1.

Razred točnosti	III
Tip	LP-...-C...
Max	1 kg...30 kg
$n \leq$	3000
$e =$	1 g...20 g
Područje izjednačenja tare	1 kg...30 kg
Pokazni uređaj	s tekućim kristalom ili s plinom punjenom cijevi
Napajanje	12 V _{DC} ili 230 V / 50 Hz
Temperaturno područje rada	- 10 °C / +40 °C

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Slika	Opis	Str.
Slika 1	Izgled vage LP-...CW	6
Slika 2	Izgled vage LP-...CN	7
Slika 3	Izgled vage LP-...CF	8
Slika 4	Zaštita od neovlaštena pristupa	9

4. OSTALO

Prema navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila.

Slika 1



Slika 2



Slika 3



Slika 4

- Ovjerna preklopka i zaštitni žigovi u obliku naljepnice

Pogled odozdo:

