

KLASA: UP/I-960-03/00-07/59  
URBROJ: 558-03/9-00-2  
Zagreb, 05. srpnja 2000.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBRA TEHNIČAR ALBA d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: "BA – MOD CE", "BU 362" i "SE 235"
  - proizvođač mjerila: BURIMEC
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: 33042 Butrio/Udine, Italija
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1102
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### Obrazloženje

Tvrtka LIBRA TEHNIČAR ALBA d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 05. lipnja 2000. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase- vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

**RAVNATELJ**  
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v.r.

Dostaviti:

1. LIBRA TEHNIČAR ALBA,
2. 10000 Zagreb, Starotrjnanska 32b
3. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju mjerila: KLASA: UP/I-960-03/97-04/109, URBROJ:558-03/1-98-1, od 22. siječnja 1998. i dopuni tipnog odobrenja: KLASA:UP/I-960-03/99-07/72, URBROJ: 558-03/9-99-2, od 01. listopada 1999., pod službenom oznakom HR M-3-1102.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se elektromehaničke vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	BA – MOD CE	BU 362	SE 235
Prijamnik tereta	metalna platforma s kratkim polužnim sustavom na 8 oslonaca i 2 mjerna pretvornika sile	metalna platforma	metalna platforma s kratkim polužnim sustavom na 4 oslonaca i 1 mjerni pretvornik sile
Izmjere prijamnika tereta ( m)	18 x 3	18 x 3	10 x 4
Vrsta vage	cestovna	cestovna	cestovna
Broj pretvornika sile	2	4...8	1
Mjerni pretvornik sile - tip	SSB **	Revera CPS – M **	SCAIME F40X **
Max	50000kg	50000kg	50000kg
e = d	20kg	20kg	20kg
Elektronički pokazno - upravljački uređaj (EPU)	BA – MOD CE	BU 362	SE 235
n ≤	3000	3000	3000
Temperaturno područje rada ( °C )	-10/40	-10/40	-10/40

\*\* ili drugih proizvođača odobrenih za uporabu u Europi \*\*

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2	Izgled EPU SE 235 te način zaštite natpisne pločice vage i način ovjere Izgled upinjanja MPS i način zaštite

3. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju i dopuni tipnog odobrenja.

Slika 1

zaštitni žig u obliku  
naljepnice

ovjerni žig u obliku  
naljepnice

zaštitni žig za  
utiskivanje



**Slika 2**

**potezna poluga**



**zaštitni žig za utiskivanje**