

KLASA: UP/I-960-03/01-07/163
URBROJ: 558-03/9-02-2
Zagreb, 31. srpnja 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBRA TEHNIČAR ALBA d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: "BA – MOD CE", "BU 3xx" i "SE 235"
 - proizvođač mjerila: BURIMEC
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: 33042 Butrio/Udine, Italija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1102
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA TEHNIČAR ALBA d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 09. rujna 2001. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase- vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

R A V N A T E L J

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. LIBRA TEHNIČAR ALBA,
2. 10000 Zagreb, Starotrjnanska 32b
3. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju mjerila: KLASA: UP/I-960-03/97-04/109, URBROJ:558-03/1-98-1, od 22. siječnja 1998. i dopunama tipnog odobrenja: KLASA:UP/I-960-03/99-07/72, URBROJ: 558-03/9-99-2, od 01. listopada 1999. i dopuni tipnog odobrenja: KLASA:UP/I-960-03/00-07/59, URBROJ: 558-03/9-00-2, od 05. srpnja 2000., pod službenom oznakom HR M-3-1102.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom tipnom odobrenju te dopunama tipnih odobrenja osim:

- 2.1. Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih cestovnih vaga sastavljenih od jedodijelnog ili višedijelnog armirano betonskog ili čeličnog mosta izmjera od (9 x 3)m do (27 x 3)m, oslonjenog na 4, 6 ili 8 mjernih pretvornika sile (MPS).

Cestovna: do Max 50000kg ; e = (10 ili 20)kg

3. OSTALO

Prema gore navedenom tipnom odobrenju mjerila i dopunama tipnih odobrenja.