

KLASA: UP/I-960-03/01-07/86  
URBROJ: 558-03/9-02-1  
Zagreb, 12. ožujka 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke GRIN d.o.o., 52464 Kaštelir, Kaštelir 80, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### **DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA**

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: M – xxx, A – xxx, E – xxx, C – xxx, K – xxx i VD - xx
  - proizvođač mjerila: Dibal, S.A.
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Derio Bilbao, Španjolska
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1104
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### **Obrazloženje**

Tvrtka GRIN d.o.o., 52464 Kaštelir, Kaštelir 80, podnijela je ovom Zavodu, 09. srpnja 2001. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase- vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)

**RAVNATELJ**

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. GRIN d.o.o., 52464 Kaštelir, Kaštelir 80
2. OMN PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/97-07/131,URBROJ:558-03/1-98-1, od 23. siječnja 1998. i dopuni tipnog odobrenja KLASA:UP/I- 960-03/00-07/86,URBROJ:558-03/9-00-3, od 07. veljače 2001. , pod službenom oznakom HR M -3 -1104.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	M - xxx, A - xxx, E - xxx , C - xxx i K - xxx	VD - E i VD - H	VD - KK, VD - KV i VD - Z	VD – P VD - V	VD – G VD – C
Prijamnik tereta	platforma	platforma	na kolosjeku, kuka i platforma	platforma, vilice za viličar	koš s pužem  platforma
Vrsta vage	pultna	platformska EM i hibridna	klaonička viseća i zidna	platformska, za viličar	za grožđe i cestovna
Broj pretvornika sile	1	1	1 ili 2	1, 2 ili 4	4...8
Max	(6, 15 i 30) kg	60... 600kg	150... 600kg	60... 6000kg	10000... 60000kg
e = d	(2, 5 i 10) g	20... 200g	20...200g	0,5... 20kg	5...20kg
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU)	na vagi	VD - xxx	VD - xxx	VDx, VD - 2, VD - 3 i VD - xxx	VDx, VD - 2, VD - 3 i VD – xxx
n ≤	3000	3000	3000	3000	3000
Područje tare ≤ % Max	100	100	100	100	100
Temperaturno područje rada ( °C )	-10/40	-10/40	-10/40	-10/40	-10/40

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2 Slika 3 Slika 4	Izgled i način ovjeravanja vage EPU VD-100, vaga tip VD - G i VD – 100 Način upinjanja MPS vage VD – G Izgled i način zaštite spojne kutija kablova MPS Izgled prijamnika tereta vage (koš s pužem) i platforme prekretača

4. OSTALO

Prema izvornom rješenju.

Slika 1

ovjerni žig u obliku  
naljepnice



**Slika 2**



**Zaštitni žig**



**Slika 3**

Slika 4

