

KLASA: UP/I-960-03/02-07/108
URBROJ: 558-03/9-02-2
Zagreb, 03. listopada 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke GRIN d.o.o., 52464 Kaštelir, Kaštelir 80, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: M – xxx, A – xxx, E – xxx, C – xxx, K – xxx, VD – xx i S 3xx
 - proizvođač mjerila: Grin d.o.o. i Dibal, S.A.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Kaštelir, R. Hrvatska i Derio Bilbao, Španjolska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1104
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka GRIN d.o.o., 52464 Kaštelir, Kaštelir 80, podnijela je ovom Zavodu, 23. rujna 2002. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (3 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. GRIN d.o.o., 52464 Kaštelir, Kaštelir 80
2. OMN PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/02-07/108

URBROJ: 558-03/9-02-2

PROIZVOĐAČ: GRIN d.o.o. i DIBAL, Španjolska

**Službena oznaka tipa:
HR M-3-1104**

**MJERILO: Elektromehanička vaga tip M-xxx, A-xxx, E-xxx,
C-xxx, K-xxx, VD-xx i S 3xx**

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/97-07/131,URBROJ:558-03/1-98-1, od 23. siječnja 1998. i dopunama tipnih odobrenja KLASA:UP/I- 960-03/00-07/86,URBROJ:558-03/9-00-3, od 07. veljače 2001. i odobrenja KLASA:UP/I- 960-03/01-07/86,URBROJ:558-03/9-02-1, od 12. ožujka 2002. , pod službenom oznakom HR M -3 -1104.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

| | |
|---|--|
| Tip | VD – G, S 3xx VD – C |
| Prijamnik tereta | koš s pužem platforma |
| Vrsta vage | za grožđe I cestovna |
| Broj pretvornika sile | 4...8 |
| Max | 10000... 60000kg |
| e = d | 5...20kg |
| Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU) | VDx, VD - 2, VD – 3, VD – xxx, i S 3xx |
| n ≤ | 3000 |
| Područje tare ≤ % Max | 100 |
| Temperaturno područje rada (°C) | -10/40 |

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

| Crtež | Opis |
|---------|---|
| Slika 1 | Izgled i način ovjeravanja vage s EPU S 320 te zaštita natpisne pločice |
| Slika 2 | Izgled i način zaštite kalibracionog prekidača |

4. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju I dopunama tipnih odobrenja.

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/02-07/108

URBROJ: 558-03/9-02-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1104

Slika 1



Ovjerni žig u obliku naljepnice

Zaštitni žig u obliku naljepnice



EPU S 320


PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/02-07/108

URBROJ: 558-03/9-02-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1104

Slika 2



Zaštitni žig za kliješta

Kalibracioni prekidač

