

KLASA: UP/I-960-03/02-07/15
URBROJ: 558-03/9-02-2
Zagreb, 08. veljače 2002.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGORAD, Petrinja, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: LTS GSW, LTS GSP, LTS GSC, PT UWE AM, PT UWE PM i PT UWE PV
 - proizvođač mjerila: LIBELA TRADE – SERVISI d.o.o. i VAGORAD
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Celje – R.Slovenija i Petrinja R.Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1105
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka VAGORAD, Petrinja, podnijela je ovom Zavodu, 19. siječnja 2002. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem,

razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (4 str.)

RAVNATELJ

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGORAD, Petrinja,
Carekova 37
2. OMP PJ – Osijek, Rijeka, Split i Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema rješenju o odobrenju tipa : KLASA:UP/I- 960-03/97-04/76, URBROJ:558-03/1-98-1, od 14. srpnja 1997., pod službenom oznakom HR M-3-1105.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom rješenju osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga oznaka tipa LTS GSW, LTS GSP, LTS GSC, PT AM, PT PM i PT PV
Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip	LTS GSP, LTS GSC, LTS GSW, PT UWE AM,	LTS GSW, LTS GSC i PT UWE PM	LTS GSW i PT UWE PV
Prijamnik tereta	platforma	platforma	platforma
Vrsta vage	pultna	platformska	platformska
Broj pretvornika sile	1	1	4
Max	3... 30kg	50... 300kg	300... 3000kg
e = d	1... 10g	10... 100g	0,1... 1kg
n ≤	3000	3000	3000
Elektronički pokazno –upravljački uređaj (EPU)	ugrađen u kućište vage	dignut na stupu ili postavljen uz vagu	PT UWE 170xX
Područje tare ≤ % Max	100	100	100
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40	-10/40	-10/40

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2 Slika 3	Izgled vage PT UWE AM i način ovjeravanja Izgled vage PT UWE PM i način ovjeravanja i zaštite Izgled EPU PT UWE 1705G i način ovjeravanja

4. OSTALO

Prema izvornom rješenju o tipnom odobrenju mjerila.

Slika 1




Ovjerni žig u obliku
naljepnice

Slika 2



Ovjerni žig u obliku naljepnice

zaštitni žig u obliku naljepnice



Slika 3

Ovjerni žig u obliku naljepnice

