

KLASA: UP/I-960-03/01-07/32  
URBROJ: 558-03/9-01-2  
Zagreb, 28. svibnja 2001.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke VAGE d.d., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

#### DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
  - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
  - tvornička oznaka mjerila: A2xx, A4xx, A5xx i Mxxx
  - proizvođač mjerila: VAGE d.d. i Avery Berkel
  - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb - Republika Hrvatska i Birmingham - V. Britanija
  - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1115
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

#### Obrazloženje

Tvrtka VAGE d.d., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 06. veljače 2001. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (7 str.)

**R A V N A T E L J**

dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. VAGE d.d., 10000 Zagreb, Koturaška cesta 17
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/98-07/45,URBROJ:558-03/1-98-2, od 13. kolovoza 1998. pod službenom oznakom HR M -3 -1116.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se vage mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	M GSP-A, M GSC-A, M GSP-A , M GSW-A, M GSC-AC i MGSW-AW	M GSW	M GSW	M GSW	S-..
Prijamnik tereta	platforma	platforma	na kolosjeku, kuka i platforma	platforma	kuka
Vrsta vage	pultna	platformska	klaonička viseća i zidna	platformska	kranska
Broj pretvornika sile	1	1	1 ili 2	4	1
Max	3... 30kg	50... 500kg	150... 600kg	500... 50000kg	100... 25000kg
e = d	0,5... 20g	10... 200g	50...200g	0,5... 20kg	0,1... 10kg
Elektronički pokazno - upravljački uređaj (EPU)	na vagi	M GSW i M GST-96xx	M GSW i M GST-9600	M GST-96xx i M DISOMAT (S/G i ME/G)	na vagi
n ≤	6000	3000	3000	3000	3000
Područje tare ≤ % Max	100	100	100	100	100
Temperaturno područje rada ( °C )	-10/40	-10/40	-10/40	-10/40	-10/40

3. Ostalo

Prema izvornom rješenju.