



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/10
URBROJ: 558-03/9-04-2
Zagreb, 15. svibnja 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke MARŠALEK, 10216 Vrbovec, Celine 20, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: IM, IM CAS, M GSW, M GSP-A, M GSC(A,AC i AW), M GSW-A, S -..., M CAS (Ax, CS, EP, HS, ME, Px i Sx, Tx, NC - 1 i CASTON x)
 - proizvođač mjerila: Maršalek s.p.o.-GSC i CAS
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Vrbovec, Republika Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1116
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka MARŠALEK, 10216 Vrbovec, Celine 20, podnijela je ovom Zavodu, 03. veljače 2006. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o tehničkim zahtjevima i postupcima za ocjene sukladnosti za neautomatske vage ("Narodne novine" broj 1/05) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (5 str.)

Dostaviti:

1. MARŠALEK, 10216 Vrbovec, Celine 20
2. OMN - Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda



1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju tipa: KLASA:UP/I- 960-03/98-07/45,URBROJ:558-03/1-98-2, od

13. kolovoza 1998. i dopunama tipnog odobrenja : KLASA:UP/I- 960-03/00-07/20, URBROJ:558-03/9-00-2, od 28. veljače 2000. i KLASA:UP/I- 960-03/02-07/1, URBROJ:558-03/9-02-2, od 13. svibnja 2002., KLASA:UP/I- 960-03/02-07/82, URBROJ:558-03/9-02-2, od 16. srpnja 2002., KLASA:UP/I- 960-03/04-07/23, URBROJ:558-03/9-04-2, od 18. ožujka 2004. i KLASA:UP/I- 960-03/04-07/142, URBROJ:558-03/9-04-2, od 27. prosinca 2004. pod službenom oznakom HR M -3 - 1116.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se vage za opremljene elektroničkim pokazno – upravljačkim uređajima (EPU) serije IM i IM CAS proizvođača CAS – Koreja mjeriteljskih značajki prema tablici 1.

3. CRTEŽI ZA PREPOZNAVANJE MJERILA

Crtež	Opis
Slika 1 Slika 2 Slika 3 i 4	Tablica 1 Izgled vage za bebe i kranske vage Izgled EPU serije IM i IM CAS

4. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju i dopunama tipnog odobrenja.

Slika 1

Tablica 1

Tip	M GSW, IM i IM CAS
Razred točnosti	III
Prijamnik tereta	platforma, kuka
Vrsta vage	za bebe kranska platforma, cestovna za palete za viličare
Broj pretvornika sile	1 do 8
Max	≤ 30kg (100, 200 i 500) kg ≤ 50000kg
e = d	≥ 200g
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU)	M GSW, IM i IM CAS,
n ≤	3000
Područje tare ≤ % Max	100
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40

Slika 2



Slika 3



Slika 4

