

KLASA: UP/I-960-03/00-07/41
URBROJ: 558-03/9-00-3
Zagreb, 24. svibnja 2000.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 93/96), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke TEHNIČAR-SERVAG d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: DI... (S..., SV..., T..., TK..., N... i NS...)
 - proizvođač mjerila: TEHNIČAR SERVAG i TEHTNICA
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb, R. Hrvatska i Železniki, R. Slovenija
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1122
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi 10 godina.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka TEHNIČAR-SERVAG d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 20. travnja 2000 godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o metrološkim uvjetima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 53/91) i da su prikladna za uporabu.

Ovo tipno odobrenje vrijedi 10 godina na temelju članka 8. stavka 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

RAVNATELJ
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing., v. r.

Dostaviti:

1. TEHNIČAR - SERVAG d.o.o.,
2. 10000 Zagreb, Medulićeva 14
3. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/99-07/46, URBROJ:558-03/1-98-4, od 18. studenoga 1998. i dopuni tipnog odobrenja: KLASA:UP/I- 960-03/98-07/33, URBROJ:558-03/1-94-4, od 30. srpnja 1999., pod službenom oznakom HR M -3 - 1122.

2. TEHNIČKI PODACI

Na prvu ovjeru primat će se mjerila proizvodnje TEHNIČAR SERVAG i TEHTNICA mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	DI...S... i DI...SV...	DI... T...	DI... TK...	DI... N...	DI... NS...
Max (kg)	60...300	300... 600	150...300	300...2400	300...600
Min (g)	0,5...2,5	250...1000	50... 250	10	4000...10000
e = (g)	0,01...0,5	5...20	1, 2 ili 5	2, 5, 5/1	200...500
Područje tare ≤ %	100	100	100	100	100
Temperaturno područje rada (°C)	-10/40	-10/40	-10/40	-10/40	-10/40
Napajanje	putem mrežnog transformatora 220/12 V ili ugrađenih baterija	putem mrežnog transformatora 220/12 V ili ugrađenih baterija	putem mrežnog transformatora 220/12 V ili ugrađenih baterija	putem mrežnog transformatora 220/12 V ili ugrađenih baterija	putem mrežnog transformatora 220/12 V ili ugrađenih baterija
Mjerni pretvornici sile - kom	4	2	1	4	4
Prijamnik tereta (mm) ***	platforma 800x560x110	klaonička cijev d=60x800	klaonička cijev d=60x160	platforma, stočna vaga, vaga za palete 1500x1500x80	platforma 1500x1500x40
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU)	EPU DI10..., DI160..., DI170... i DI28... s fluorescentnim ili LCD prikazom	EPU DI10..., DI160..., DI170..., DI28... s fluorescentnim ili LCD prikazom	EPU DI10..., DI160..., DI170... i DI28... s fluorescentnim ili LCD prikazom	EPU DI10..., DI160..., DI170... i DI28... s fluorescentnim ili LCD prikazom	EPU DI10..., DI160..., DI170..., DI28... s fluorescentnim ili LCD prikazom

*** mogu i druge izmjere i izvedbe (napr. stočna s ogradom ili vaga za palete) po želji naručitelja ***

3. OSTALO

Prema izvornom tipnom odobrenju i dopuni tipnog odobrenja.