



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/06-07/83
URBROJ: 558-03/9-06-2
Zagreb, 30. studenoga 2006.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke CODEL d.o.o, Banatska 40, 10040 Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE O DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: GRAVITAS eQUI MV 1-2H
 - proizvođač mjerila: CODEL d.o.o.
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Zagreb, Republika Hrvatska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1123
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka CODEL d.o.o, Banatska 40, 10040 Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 01. rujna 2006. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o tehničkim zahtjevima i postupcima za ocjene sukladnosti za neautomatske vage ("Narodne novine" broj 1/05) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

Dostaviti:

1. CODEL d.o.o, Banatska 40, 10040 Zagreb
2. OMN – Zagreb, Osijek, Rijeka, Split
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda



1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema prilogu tipnog odobrenja mjerila: KLASA: UP/I-960-03/98-07/68, URBROJ:558-03/9-98-2, od 18. studenoga 1998 i dopuni tipnog odobrenja KLASA: UP/I-960-03/03-07/80, URBROJ:558-03/9-03-2, od 03. rujna 2003., pod službenom oznakom HR M-3-1123.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Elektromehaničke cestovne ili željezničke vage, mjeriteljskih su i izvedbenih značajki prema tablici u nastavku, oslonjenim na (4 do 16) mjernih pretvornika sile (MPS) kao i prerađenih mehaničkih cestovnih ili željezničkih vaga. s polužnim sistemom i MPS ugrađenim na poteznoj poluzi.

Vage mogu biti s jednim ili dva prijamnika tereta, dok je na EPU izvedeno pokazivanje za jednu, drugu ili treću (oba zajedno) vagu uz jasnu oznaku trenutno aktivne (zavisno o rasporedu tereta).

Mjeriteljske značajke prema tablici u nastavku:

Tip	Gravitas eQui MV1-2H	
Prijamnik tereta (1 ili 2)	cestovna vaga	željeznička vaga
Max	(10000 ... 50000) kg	(50000 ... 120000) kg
e	(5...50) kg	(10...50) kg
n	≤ 3000 e	
Razred točnosti	III i IIII	
Elektronički pokazno – upravljački uređaj (EPU)	Tip Gravitas eQUI MV 1-2H, proizvodnje CODEL d.o.o.	
Mjerni pretvornik sile (MPS) Broj komada	(4 do 16)/ PR6222, TL400 ili druge odobrene za uporabu u Europi	
Konstrukcija mosta	Metalna, metalno – betonska ili betonska (armirani ili prednapregnuti)	

3. OSTALO

Prema navedenom tipnom odobrenju i dopuni tipnog odobrenja mjerila.