

KLASA: UP/I-960-03/04-07/148
URBROJ: 558-03/9-04-2
Zagreb, 10. siječnja 2005.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 20. stavka 1. Zakona o mjeriteljstvu ("Narodne novine" broj 163/03) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 82/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke METTLER TOLEDO d.o.o., Zagreb, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

RJEŠENJE
O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: VIPER..., BBA4...i CRUISER...
 - proizvođač mjerila: METTLER TOLEDO AG i Testut Lutrana
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: Greifensee, Švicarska
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1129
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka METTLER-TOLEDO d.o.o., Zagreb, podnijela je ovom Zavodu, 08. prosinca 2004. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnositelja zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (2 str.)

RAVNATELJ

dr. sc. Marijan Andrašec, dipl. ing.

Dostaviti:

1. Mettler-Toledo d.o.o.,
10000 Zagreb, Mandlova 3
2. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
3. Pismohrana, ovdje
4. Glasilo Zavoda

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/148

URBROJ: 558-03/9-04-2

PROIZVOĐAČ: METTLER TOLEDO AG, OHAUS i TESTUT
MJERILO: Elektromehanička vaga tip VIPER..., CRUISER...,
i BBA 4...

Službena oznaka tipa:
HR M-3-1129

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema prilogu tipnog odobrenja mjerila: KLASA: UP/I-960-03/01-07/47, URBROJ:558-03/1-95-4, od 19. srpnja 2001., pod službenom oznakom HR M-3-1138.

2. TEHNIČKI PODACI

Prema gore navedenom osim:

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga pod gore navedenom službenom oznakom mjeriteljskih značajki prema tablici 1. i podacima u nastavku:
Izgled vaga prema slici 1.

Tablica 1.

TIP	VIPER..., CRUISER... i BBA 4...
Tazred točnosti	III
Max	1,5 kg ≤ Max ≤ 60
n ≤	75000 (5000 po mjernom području-najviše dva)
e ≥	0,2 g

3. OSTALO

Prema navedenom rješenju o tipnom odobrenju mjerila i dopunama tipnog odobrenja mjerila.

PRILOG RJEŠENJU O DOPUNI RJEŠENJA O TIPNOM ODOBRENJU MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/04-07/148

URBROJ: 558-03/9-04-2

Službena oznaka tipa:
HR M-3-11298

Slika 1

