



REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU
I MJERITELJSTVO

KLASA: UP/I-960-03/03-07/57
URBROJ: 558-03/9-03-4
Zagreb 22. listopada 2003.

Na temelju članka 202. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj 53/91), članka 26. stavka 1. Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 11/94) i članka 8 stavka 1. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila ("Narodne novine" broj 81/02), u povodu zahtjeva za dopunu tipnog odobrenja mjerila tvrtke LIBRA ELEKTRONIK d.o.o., Zaprešić, radi odobravanja dopune tipa mjerila, ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo izdaje

DOPUNU TIPNOG ODOBRENJA

1. Odobrava se dopuna tipnog odobrenja mjerila:
 - vrsta mjerila: elektromehanička vaga
 - tvornička oznaka mjerila: BL..., BJ..., GM..., GP i TE...
 - proizvođač mjerila: SARTORIUS AG
 - mjesto i država proizvodnje mjerila: 37075 Gottingen, SR Njemačka
 - službena oznaka tipa mjerila: HR M-3-1130
2. Mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja mogu se podnositi na ovjeravanje.
3. Ova dopuna tipnog odobrenja vrijedi do isteka tipnog odobrenja mjerila.
4. U prilogu ove dopune tipnog odobrenja su podaci propisani u članku 9. stavku 2. Pravilnika o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila.

Obrazloženje

Tvrtka LIBRA ELEKTRONIK d.o.o., Zaprešić, podnijela je ovom Zavodu, 01. kolovoza 2003. godine, zahtjev za dopunu tipnog ispitivanja mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja. Uz zahtjev je priložena tehnička dokumentacija o mjerilu i potreban uzorak mjerila.

Tipnim ispitivanjem mjerila iz točke 1. ove dopune tipnog odobrenja provedenim sukladno Pravilniku o načinu na koji se provodi tipno ispitivanje mjerila i izvješćem o ispitivanju utvrđeno je da mjerila udovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima propisanim Pravilnikom o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase - vage s neautomatskim djelovanjem, razreda točnosti **I**, **II**, **III** i **III** ("Narodne novine" broj 24/03) i da su prikladna za uporabu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ove dopune tipnog odobrenja.

Upravna pristojba po tarifnom broju 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 8/96) u iznosu od 20,00 kn i 50,00 kn naplaćena je od podnosioca zahtjeva i poništena na zahtjevu.

Prilog: kao u tekstu (1 str.)

RAVNATELJ

Jakša Topić
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Dostaviti:

1. LIBRA ELEKTRONIK d.o.o.,
2. 10290 Zaprešić, Savska 45
3. OM PJ – Osijek, Rijeka, Split, Zagreb
4. Pismohrana, ovdje
5. Glasilo Zavoda

PRILOG DOPUNI TIPNOG ODOBRENJA MJERILA

KLASA: UP/I-960-03/03-07/57

URBROJ: 558-03/9-03-4

PROIZVOĐAČ: SARTORIUS AG

Službena oznaka tipa:

MJERILO: Elektromehanička vaga tip BL..., BJ..., GM... i GP... TE...

HR M-3-1130

1. TEHNIČKI OPIS VAGE

Prema tipnom odobrenju: KLASA:UP/I- 960-03/99-07/82, URBROJ:558-03/9-00-1, od 18. studenoga 1998., pod službenom oznakom HR M -3 -1130.

2. TEHNIČKI PODACI

Dopušta se podnošenje na prvu ovjeru elektromehaničkih vaga, mjeriteljskih značajki prema tablici u nastavku:

Tip	BL..., BJ..., GM..., GP... i TE...		
Razred točnosti	II	i	III
Max ,Max1/Max2 (g)	50...12000		
e, e1/e2 (g)	0,001...0,5		0,01...1,0
n ≤	100 000		10 000

4. OSTALO

Prema navedenom izvornom tipnom odobrenju.

Sar
DRŽAVNI ZAVOD ZA
NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO
P.P. 375
10002 Z A G R E B